



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 16 .czerwca 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/43/ /08

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie testu IgE na innym systemie immunochemicznym wykorzystywanym aktualnie w laboratorium ? Cena oznaczenia zostanie ujęta w formularzu cenowym.

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie:**

Czy oferowane testy powinny pochodzić od jednego producenta?

**Wyjaśnienie:**

Tak. Oferowane testy powinny pochodzić od jednego producenta

**Pytanie:**

Czy w ilości testów ujętych w SIWZ znajdują się również skalkulowane dodatkowe ilości testów potrzebnych do kalibracji i kontroli ? Czy należy doliczyć ilość testów niezbędnych do wykonania kalibracji i kontroli ?

**Wyjaśnienie:**

W ilości testów w SIWZ uwzględniono ilości testów potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli.

Dyrektor  
lek. med. Andrzej Mielcarek