

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  
W ZAMOŚCIU  
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10  
22 – 400 ZAMOŚĆ  
tel. (0-84) 677 – 33 – 33  
fax (0-84) 638 – 66 – 69

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**Dot.**  
**Przetargu nieograniczonego**

**na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów  
wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających dla  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.

Zamość, dnia 18 lipca 2008 r

**O F E R T A W Y K O N A W C Y**  
**na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.**

**Zadanie .....**

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II  
Ul. Aleje Jana Pawła II 10  
22 – 400 Zamość**

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu .....za cenę netto (bez podatku VAT) .....zł.

słownie.....  
..... zł.

plus kwota podatku VAT ..... zł.

słownie.....  
.....

Cena z podatkiem VAT ..... zł.

słownie .....  
.....zł

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

1. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi ..... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wadium w kwocie ..... zostało wniesione w dniu ..... w formie .....
4. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.
5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.
6. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## Instrukcja dla wykonawców

### I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania. CPV 33.15.82.10-7; 33.18.21.00-0.

#### Zadanie 1

**Stymulacja BiA – DDD/R – 50 szt.**

**Stymulatory resynchronizujące przedsionki DDD BiA z kompletem elektrod: RA-50 szt.; RV-50szt.**

Warunki konieczne :

- Elektroda RA i RV sterydowe – do wyboru fixacja i polarność
- Czas pracy stymulatora (fabrycznie)  $\geq 5$  lat
- Kompatybilność z ICD
- Amplituda imp. min. 1-6V
- Szerokość imp. min. 0.5-1.0ms
- Czulość przeds. min. 0.5-4mV
- Czulość komorowa min 1-6mV
- Switch mode
- Możliwość całkowicie niezależnego programowania elektrod RA i LA

Warunki punktowane :

- |   |        |
|---|--------|
| - rejestracja trendu oporności              | 1 pkt. |
| - pełna telemetria : RA/LA/RV               | 3 pkt. |
| - Funkcja Holterowska                       | 2 pkt. |
| - funkcja EPS                               | 2 pkt. |
| - automatyczne pomiary progu z krzywą progu | 2 pkt. |
| - automatyczne pomiary czulości             | 1 pkt. |
| - sensor DDR                                | 2 pkt. |

#### Zadanie 2

**Stymulatory DDD BiV – 40 szt.**

**Stymulatory resynchronizujące do stymulacji trójjamowej z kompletem elektrod : RA – 40 szt., RV - 40szt.**

Warunki konieczne :

- elektrody RA i RV sterydowe do wyboru :  
aktywna/pasywna fixacja, bipolar/unipolar
- czas pracy co najmniej 5 lat (fabrycznie)
- kompatybilność z ICD
- amplituda imp. min. 1-6V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0ms
- czulość przeds. min. 0.5-4mV

- czułość komorowa min. 1-6mV
- switch mode
- możliwość całkowicie niezależnego programowania elektrod RV i LV
- możliwość programowania V-V delay

Warunki punktowane :

- co najmniej 2 typy elektrod LV do wyboru: trzy typy – 1 pkt.; cztery typy i więcej – 2 pkt.
- sensing RV i LV przy stym BiV 5 pkt.
- funkcje EPS 2 pkt.
- pomiary progów z krzywą progów stym. 2 pkt.
- automatyczne pomiary czułości 1 pkt.
- Telemetria : RA/RV/LV 3 pkt.
- Funkcje Holtera 2 pkt.
- rejestracja trendów oporności 1 pkt.

**Zadanie 3**

**Defibrylatory ICD jednojamowe z elektrodą – 30 szt.**

Warunki konieczne :

- elektrody sterydowe
- liczba defibrylacji > 100
- maksymalna energia 35 J
- elektrody aktywne, pasywne, unipolar, bipolar – do wyboru
- elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe
- automatyczna ocena żywotności
- Stymulacja antyarytmiczna typu ATP one shot
- Rozbudowane IEGM powyżej 30 min
- Elektrody do wprowadzenia przez koszulkę nie większą niż 10F
- Możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków Automatyczna możliwość powtórzenia ostatniej skutecznej terapii ATP
- „painless therapy for VF”

Warunki punktowane :

- algorytmy rozpoznawania arytmii, 3 pkt. – trzy typy i więcej
- stymulacja programowania antyarytmiczna 3 pkt. trzy typy i więcej
- funkcja zapamiętywania skutecznej terapii 4 pkt.
- funkcje EPS 2 pkt.
- pomiary progów z krzywą stym 3 pkt.
- automatyczne pomiary czułości 1 pkt.
- funkcje Holtera 0-4 pkt.
- rejestracja trendu oporności 2 pkt.
- algorytmy stymulacji a-arytmicznej 1 pkt. za każdą funkcję
- wydłużona żywotność ponad 8 lat 2 pkt.

**Zadanie 4**

**Defibrylatory ICD DR z elektrodami RA, RV (def) – 30 szt.**

Warunki konieczne :

- wszystkie elektrody sterydowe
- liczba defibrylacji powyżej 100

- maksymalna energia co najmniej 35 J
- elektrody do wyboru aktywne / pasywne, unipolar / bipolar
- automatyczna ocena żywotności
- elektrody do defibrylacji do wyboru jedno i dwukoilowe
- Mode switch
- Stymulacja antyarytmiczna typu ATP one shot
- Rozbudowane IEGM powyżej 30 min
- Elektrody do wprowadzenia przez koszulkę nie większą niż 10F
- Możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- Automatyczna możliwość powtórzenia ostatniej skutecznej terapii ATP
- „painless therapy for VF”

Warunki punktowane :

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| - a-v search histereza                      | 4 pkt.                      |
| - algorytmy rozpoznawania arytmii,          | 3 pkt. – trzy typy i więcej |
| - funkcja zapamiętywania skutecznej terapii | 4 pkt.                      |
| - funkcje EPS                               | 2 pkt.                      |
| - pomiary progu z krzywą progu              | 2 pkt.                      |
| - automatyczne pomiary czułości             | 1 pkt.                      |
| - funkcje Holtera                           | 0-4 pkt.                    |
| - rejestracja trendu oporności              | 2 pkt.                      |
| - algorytmy antyarytmiczne                  | 1 pkt. za każdą funkcję     |

**Zadanie 5**

**Defibrylatory ICD DDR (BiV) z elektrodami RA, RV (def) – 20 szt.**

Warunki konieczne :

- elektrody sterydowe
- czas żywotności baterii min 5 lat
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- elektrody RA, RV aktywne / pasywne; uni / bipolar
- automatyczna ocena żywotności
- amplituda imp. min. 1-6V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0ms
- switch mode
- możliwość całkowicie niezależnego programowania elektrod RV i LV
- Stymulacja antyarytmiczna typu „ATP one shot” lub „painless therapy” w trakcie detekcji lub ładowania kondensatora
- Rozbudowane IEGM powyżej 20 min
- Elektrody do wprowadzenia przez koszulkę nie większą niż 10F
- Możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- Możliwość stymulacji LVtip do LV-ring, lub Rv-ring
- Automatyczna możliwość powtórzenia ostatniej skutecznej terapii ATP
- algorytmy utrzymujące resynchronizację

Warunki punktowane :

- |   |        |
|---|--------|
| - Sensing LV przy stym BiV                              | 5 pkt. |
| - żywotność baterii przy nastawieniu fabrycznym > 6 lat | 1 pkt. |

- funkcje EPS 2 pkt.
- Telemetria: RA/RV/LV 3 pkt.
- funkcje holtera 2 pkt.
- rejestracja trendów oporności 1 pkt.
- rozpoznawanie arytmii, 3 pkt. – trzy typy i więcej
- Możliwość trigerowania dodatkowych pobudeń komorowych 3pkt
- stymulacja programowana antyarytmiczna 3 pkt. – trzy typy i więcej
- automatyczna sygnalizacja uszkodzeń (sygnał dźwiękowy) 1 pkt.
- algorytmy antyarytmiczne 1 pkt. za każdą funkcję
- System monitorowania niewydolności serca, np.: ocena płynu w klp: 3pkt

### **Zadanie 6**

Zestawy do wprowadzania elektrod 7-10F – **150 szt.**

#### Warunki konieczne:

Zestaw typu peel away, lub rozcinany z zastawką hemostatyczną

Parametry oceniane :

odporność na załamanie	1 – 3 pkt.
łatwość rozrywania	1 – 3 pkt.
zakres rozmiarów	1 – 5 pkt.

### **Zadanie 7**

Zestawy do wprowadzania elektrod 7-10F – **100 szt.**

#### Warunki konieczne:

Zestaw ze zbrojoną , rozcinaną koszulką + zastawka hemostatyczna rozrywana

Parametry oceniane :

odporność na załamanie	1 – 3 pkt.
łatwość rozrywania	1 – 3 pkt.
zakres rozmiarów	1 – 5 pkt.

### **Zadanie 8**

Elektroda do stymulacji przezżyłnej lewej komory – **80 szt.**

#### Warunki konieczne :

- elektroda sterydowa
- unipolarne, bipolarne
- do wyboru także over the wire

#### Warunki oceniane :

- stabilność elektrody po implantacji 1 – 3 pkt.
- wybór kilku typów elektrod 1 – 5 pkt.

### **Zadanie 9**

Elektroda do stymulacji przezżyłnej lewego przedsionka – **60 szt.**

#### Warunki konieczne :

- elektroda sterydowa

#### Warunki oceniane :

- stabilność elektrody po implantacji 1 – 3 pkt.
- niskie progi stymulacji 1 – 3 pkt.

### **Zadanie 10**

Zestaw sterowalny do stymulacji przedsionka z elektrodą – **50 szt.**

Warunki konieczne :

- ruchoma koszulka z krzywizną do przedsionka
- mała średnica zestawu elektroda o średnicy < 4,5F

Warunki oceniane :

- łatwość implantacji elektrody w okolicy pęczka Bachmana – 1 – 3 pkt.

### **Zadanie 11**

Zestaw sterowalny do stymulacji komorowej z elektrodą – **50 szt.**

Warunki konieczne :

- ruchoma koszulka z krzywizną do komory
- mała średnica zestawu elektroda o średnicy < 4.5F

Warunki oceniane :

- łatwość implantacji (sterowalność) przegrody i drogi odpływu – 1 - 3 pkt.

### **Zadanie 12**

Cewnik sterowalny do wprowadzania zestawu do zatoki wieńcowej – **10 szt.**

Warunki konieczne :

- miękka końcówka atraumatyczna
- kanał wewnętrzny do zakontrastowania zatoki wieńcowej

Warunki oceniane :

- łatwość wprowadzania do zatoki wieńcowej – 1 – 3 pkt.

### **Zadanie 13**

Cewniki kierunkowe do wprowadzania przewodnika do gałęzi spływu zatoki wieńcowej przez zestaw wprowadzający do zatoki wieńcowej – **10 szt.**

Warunki konieczne :

- miękka atraumatyczna końcówka
- różne krzywizny

Warunki oceniane :

- sterowalność – 1 – 3 pkt.

### **Zadanie 14**

Cewniki kierunkowe do wprowadzania elektrody do gałęzi spływu zatoki wieńcowej przez zestaw wprowadzający do zatoki wieńcowej – **20 szt.**

Warunki konieczne :

- miękka atraumatyczna końcówka
- różne krzywizny

Warunki oceniane :

- sterowalność – 1 – 3 pkt.

### **Zadanie 15**

Zestawy do wprowadzania elektrody i kontrastowania zatoki wieńcowej cewnikiem balonowym - **30 szt.**



Warunki wymagane :

- atraumatyczna końcówka
- szczelna zastawka

Warunki oceniane :

- odporność na zagięcie – 1 – 3 pkt.

**Zadanie 16**

Elektrody przyklejane z kablem do defibrylacji zewnętrznej pasujące do defibrylatora Hewlett – Packard CodeMaster – **150 szt.**

Warunki oceniane :

- łatwość użycia – 1 – 3 pkt.

Zamawiający informuje iż, wykonawca którego oferta zostanie wybrana w zadaniach 1 – 5 zobowiązany będzie do uzupełnienia stanu posiadania programatorów o :

- 2 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 0 – 1
- 1 sztukę, jeżeli obecny stan posiadania 2 – 3
- 0 sztuk jeżeli obecny stan posiadania 4 lub więcej

Zamawiający żąda wskazania podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała wszystkich wymienionych pozycji w danym zadaniu, lub nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych poniżej :**

**Zadanie 1 – 5 – Zamawiający w tych zadaniach nie wymaga złożenia próbek.**

**Zadanie 6 – 2 szt. 8F**

**Zadanie 7 - 2 szt. 8F**

**Zadanie 8 - 1 szt. każdego typu**

**Zadanie 9 – 1 szt. każdego typu**

**Zadanie 10 – 1 szt. zestaw koszulka + elektroda**

**Zadanie 11 – 1 szt. zestaw koszulka + elektroda**

**Zadanie 12 – 1 szt.**

**Zadanie 13 – 1 szt.**

## **Zadanie 14 – 16 – po 1 szt.**

Określone próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów), do oceny technicznej, jakości.

Ocena techniczna składa się z określenia warunków koniecznych i warunków punktowanych. Parametry mogą być mierzalne np. zakres rozmiarów itp., lub niemierzalne np.: odporność na załamanie itp.

W zadaniach 1 – 5 do każdego parametru ocenianego jest przypisana określona liczba punktów.

W zadaniach 6 – 16 parametry oceniane będą w skali : 1 – 3 pkt dotyczy parametrów niemierzalnych (podstawą oceny – dostarczone próbki.) oraz w skali 1 – 5 pkt dotyczy parametrów mierzalnych.

Przy ocenie parametrów mierzalnych najlepszy produkt otrzyma max liczbę punktów, najslabszy 1pkt, a pozostali proporcjonalnie 1-5pkt

Przy ocenie parametrów niemierzalnych ocena będzie trzystopniowa : 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt. - dostateczny.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie parametry punktowane w danym zadaniu jest ilością punktów wstępnych, o których mowa w opisie kryterium „ocena techniczna jakość o znaczeniu 30%.”

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia **wykazu dostarczonych próbek**. Wykaz powinien zawierać : nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.

Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **01 września 2008r. do godz. 12<sup>00</sup>**.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko transportu. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych oferent będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

**Termin realizacji zamówienia (wymagany) - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.**

## **II. Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
  - a) Posiadają zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów),
  - b) Brak zastrzeżeń biegłego rewidenta, co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości - jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta

- c) Posiadają majątek obrotowy na poziomie nie niższym od wartości dostaw przypadających na jeden miesiąc tj. 200 tysięcy złotych w okresie realizacji zamówienia, bądź mają możliwość uzyskania środków finansowych na uzupełnienie tego poziomu.
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- a) muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone w ofercie.

Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

#### **Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami, w związku z art. 44.

1. Dowód wniesienia wadium.

#### **Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 1.**

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2007 rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za 2007r.
2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, **wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

#### **Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.**

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wykaz musi zawierać informacje na temat wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. **Zamawiający wymaga przedstawienia realizacji 3 dostaw.** Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytych wykonaniu.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 3.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
1. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (informacja musi dotyczyć wszystkich wymienionych w dokumencie potwierdzającym status prawny wykonawcy członków władz) - **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich

uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieniem postępowania.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 – 4. O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

### **Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:**

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 i 3 SIWZ), przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
  2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 14 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
  3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowana dla każdego zadania oddzielnie z podaniem producenta i kraju pochodzenia oraz jego nazwy handlowej. **Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz parametrów ocenianych.**
1. Deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
  2. Wykaz dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać : numer i nazwę zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.
  3. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

### **I. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.**

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie wymienionych wcześniej dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

**Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzenia oferty cenowej):**

Rodzaj asortymentu (nazwa), nr katalogowy, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji – bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) łączna cena brutto pozycji – z podatkiem VAT (łączna cena netto pozycji powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony - dostawa stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów

wprowadzających”, Zadanie nr ..... . Nie otwierać przed 01 września 2008r. godz. 13<sup>00</sup>”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.  
Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

**Opakowanie zawierające próbki musi być oznakowane następująco : „PRÓBKII do przetargu nieograniczonego na dostawa stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepianych, elektrod i zestawów wprowadzających. Zadanie Nr ..... Nie otwierać przed 01 września 2008r. godz. 13<sup>00</sup>. Opakowanie powinno zawierać dokładną nazwę Wykonawcy.**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

**Termin składania ofert wraz z próbkami upływa dnia 01 września 2008r. o godz. 12<sup>00</sup>.** Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

**Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w **dniu 01 września 2008r., o godz. 13<sup>00</sup>, sala nr 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Omyłki rachunkowe będą poprawiane zgodnie ze sposobem podanym w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.**

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **31.530,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych)** za całość przedmiotu zamówienia.

Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie nr 1 -	4.100,00 zł
Zadanie nr 2 -	3.000,00 zł
Zadanie nr 3 -	4.350,00 zł
Zadanie nr 4 -	5.100,00 zł
Zadanie nr 5 -	5.600,00 zł
Zadanie nr 6 -	130,00 zł
Zadanie nr 7 -	1.200,00 zł
Zadanie nr 8 -	3.600,00 zł
Zadanie nr 9 -	1.700,00 zł
Zadanie nr 10 -	900,00 zł
Zadanie nr 11 -	900,00 zł
Zadanie nr 12 -	150,00 zł
Zadanie nr 13 -	50,00 zł
Zadanie nr 14 -	100,00 zł
Zadanie nr 15 -	500,00 zł
Zadanie nr 16 -	150,00 zł

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.



Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku Kredyt Bank S.A. Zamość nr 55 1500 1807 1218 0003 8863 0000.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **01 września 2008r. godz. 12<sup>00</sup>**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,
- zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
- unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania
- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia - jest ona dla nich wiążąca, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania

Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Pani Jadwiga Pawlicka tel. 677 34 30 - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, mgr Anna Kokoć – w sprawach formalnych tel. 677 32 81, pok. 215 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faxem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny o znaczeniu:

**1. Cena - 70 %**

**2. Ocena techniczna – jakość – 30%**

**Cena** - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

**Sposób obliczania punktów za kryterium ceny:** przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 70 punktów ( 1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 70 pkt.

**Ocena techniczna - jakość** – będzie oceniana na podstawie złożonych charakterystyk techniczno - jakościowych oferowanych stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta w danym zadaniu, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.

**Sposób obliczania punktów za kryterium ocena techniczna – jakość** – punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 30 pkt. (1 pkt. = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

**Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.**

Zamawiający zawrze umowę, w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W

szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiany dokonane w przypadkach innych niż wymienione powyżej są nieważne.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Wykonawca oraz inne osoby, o których mowa w ustawie, mają prawo wnieść protest do zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wcześniej uznaje się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

Wszystkie istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia uzupełnień do treści zawieranej umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

### Umowa Nr .....

zawarta w dniu ..... w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy "Kupującym" w imieniu którego działa:

1. ....

a ..... z siedzibą w ..... zarejestrowaną w ....., zwaną w treści umowy „Sprzedającym” w imieniu której działają:

1. ....

2. ....

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu .....r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

#### § 1.

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających w ilościach i asortymencie określonym poniżej : dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

#### § 2.

1. Dostawy będą odbywały się przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy, w dni robocze w godzinach 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy.

2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.

4. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.

5. Wykonawca będzie zobowiązany będzie do uzupełnienia stanu posiadania programatorów o (dotyczy zadań 1 – 5):

- 2 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 0 – 1
- 1 sztukę, jeżeli obecny stan posiadania 2 – 3
- 0 sztuk jeżeli obecny stan posiadania 4 lub więcej

6. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

### § 3.

1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT) takie jak w ofercie cenowej tj. ....

Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości ..... zł. słownie ..... zł.

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości ..... zł. słownie ..... zł.

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

### § 4.

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu ..... dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w .....

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

### § 5.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przenieść na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

### § 6.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy zapłaci on na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### § 7.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem.

§ 10.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. .... przez okres 12 miesięcy tj. do dnia .....

§ 12.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami.

§ 13.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

**SPRZEDAJĄCY:**

**KUPUJĄCY :**