



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 29 sierpnia 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/45/ /08

Biotronik Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 400
60-169 Poznań
fax: 061 868 70 28

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 i 4 defibrylator o czasie rejestracji IEGM 22 min? Czas ten niewiele się różni od określonego w specyfikacji, a oferowane przez nas urządzenie wyróżnia wysoki poziom zaawansowania technologicznego np. czas ładowania baterii poniżej 10 sekund, system ostrzegania pacjenta sygnałem dźwiękowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuszcza defibrylator o czasie rejestracji IEGM 22 min, natomiast w zadaniu nr 4 wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 defibrylator resynchronizujący o czasie rejestracji IEGM 17,5 min? Czas ten niewiele się różni od określonego w specyfikacji, a oferowane przez nas urządzenie wyróżnia wysoki poziom zaawansowania technologicznego np: czas ładowania baterii poniżej 10 sekund, system ostrzegania pacjenta sygnałem dźwiękowym.

Wyjaśnienie :

Tak, Zamawiający dopuszcza defibrylator resynchronizujący o czasie rejestracji IEGM 17,5 min.

Pytanie :

Czy zamawiający dopuści w zadaniach 3, 4 i 5 elektrody defibrylujące wprowadzane przez koszulkę 11Fr?

Wyjaśnienie :

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody defibrylujące wprowadzane przez koszulkę 11Fr

Pytanie dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający może wyjaśnić, przy jakich ustawieniach defibrylatora (tj. amplituda stym. Szerokość impulsu, liczba defibrylacji) Zamawiający będzie punktował „wydłużoną żywotność ponad 8 lat” defibrylatora jednojamowego?

Wyjaśnienie :

Przy maksymalnej energii i liczbie defibrylacji.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium.

Obowiązujące terminy to:

termin składania ofert upływa dnia **9 września 2008r. godz. 12⁰⁰**.

termin otwarcia ofert upływa dnia **9 września 2008r. godz. 13³⁰**.

termin wniesienia wadium upływa dnia **9 września 2008r do godz. 12⁰⁰**

Mgr inż. Bernarda Petryk
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych