



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 27 czerwiec 2008 r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP 3320/49/ /08

-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę noża harmonicznego oraz generatora do uszczelniania naczyń. Poniżej podajemy treść i wyjaśnienie:

1. Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 „nóż harmoniczny” punkt 13 „Instrukcja serwisowa” oraz wymagań SIWZ (pod tabelką) „W dniu dostawy przedmiotu zamówienia wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację serwisową. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej, instrukcji serwisowej ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

2. Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach 8, 9, 10 po jednej końcówce wielorazowej, którą można wykonać minimum 5 zabiegów ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek wielorazowego użytku ?

**Wyjaśnienie:**

Wymagania zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 „nóż harmoniczny” punkt 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie generatora pracującego w częstotliwości 47kHz spełniającego pozostałe parametry ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –  
postępowanie AZP 3320/49/08 wyjaśnienie  
treści SIWZ

5. Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 „nóż harmoniczny” punkt 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond laparoskopowych haczykowych o długości 11,3 cm, spełniających pozostałe parametry ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Z- ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Mgr Mirosław Brzozowski