

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 lipca 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/51/

/08

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

**Zadanie 19**

Dot. Poz. Nr 1: W ofercie firmy nie posiadamy drenów silikonowych o długości 120cm, w związku z tym prosimy o informację, czy dren silikonowy o długości 130cm lub 150cm będzie spełniał Państwa oczekiwania. Prosimy o wskazanie odpowiedniej długości.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający w zadaniu nr 19 w poz. Nr 1 dopuszcza dreny silikonowe o długości 120 + 10%.

**Pytanie :**

**Zadanie 19**

1. Dot. poz. nr 13: Prosimy o wydzielenie pozycji 13 z zadania nr 19.

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy słuchawka lekarska ujęta w zad. 40 punkt 3 ma być stetoskopem czy samą częścią zamienną do stetoskopu? Proszę o sprecyzowanie tego punktu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający w tym zadaniu wymaga zaoferowania kompletnej słuchawki lekarskiej.