

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 lipca 2008r.



AZP.3320/51/

/08

.....  
.....  
.....  
.....



tel. centrala  
084 6773333

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

## **Pytanie :**

### **Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w zadaniu 8 pozycji 4 i stworzenie dla niej osobnego pakietu z uwagi, iż jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem akcesoriów do inkubatora Isolette.

### **Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **Pytanie :**

### **Zadanie nr 47**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować i podać czy oferowany regulator próżni ma być z przeznaczeniem dla dorosłych osób i ma posiadać zakres próżni – 900 mbar i przepływ 50l/min, czy też oferowany regulator próżni ma być z przeznaczeniem dla dzieci i ma posiadać zakres próżni – 160 mbar i przepływ 10l/min. Czy Zamawiający mógłby także określić czy wakuometr ma być rotacyjny w celu lepszej wizualizacji i czy ma być demontowany w celu utrzymania należytej higieny?

### **Wyjaśnienie :**

Regulator próżni ma być z przeznaczeniem dla dorosłych, z wejściem AGA.

## **Pytanie :**

### **Zadanie 41**

Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator był wyposażony w rezerwuar tlenu?

### **Wyjaśnienie :**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie 41**

Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator był w pełni wielorazowego użytku tzn. wykonany w całości (włącznie z rezerwuarem tlenu) z wysokiej jakości materiałów, umożliwiających sterylizację aparatu w autoklawie w temperaturze 134°C

**Wyjaśnienie :**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie 41**

Czy aparat ma być wyposażony w pasek zabezpieczający przez wypadaniem z dłoni i tym samym ułatwiający wentylację?

**Wyjaśnienie :**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie 41**

Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator był wyposażony w maskę wielorazowego użytku posiadającą pompowany mankiet uszczelniający.

**Wyjaśnienie :**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie 41**

Czy Zamawiający celem potwierdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty firmowej karty katalogowej zawierającej dane techniczne aparatu, w tym wykaz materiałów, z jakich aparat jest wykonany?

**Wyjaśnienie :**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie 48, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z podstawą białą, malowaną proszkowo, ze statywem wykonanym z rur stalowych chromowanych i z uchwytem wykonanym ze stali kwasoodpornej.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji pojedynczych dostaw w Zadaniach nr 15 i 31 na 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy?

**Wyjaśnienie :**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na realizowanie dostaw sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w zadaniach nr 15 i 31 w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

**Pytanie :**

W związku z tym, że jesteśmy wyłącznym i wieloletnim dostawcą akcesoriów do narzędzi i urządzeń Richard Wolf dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia próbek w Zadaniach nr 15 i 31.

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga złożenia żadnych próbek.**

**Pytanie :**

**Zadanie 47**

Czy zamawiający wymaga aby regulator posiadał dwie skale 0-100 kPa i 0-760 mmHg (równowartość 1 bara)?

**Wyjaśnienie :**

Regulator próżni powinien posiadać wakuometr w jednostkach – kPa lub w mbar.

**Pytanie :**

**Zadanie 47**

Czy Zamawiający wymaga aby źródło ssania było zabezpieczone poprzez filtr hydrofobowy umieszczony bezpośrednio na regulatorze, automatycznie odcinający ssania w momencie kontaktu z wydzieliną?

**Wyjaśnienie:**

Regulator próżni powinien posiadać zabezpieczenie przed możliwością zassania wydzieliny.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty bilansu i rachunku zysków i strat?

**Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 projektu przyszłej umowy : „W przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.”

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.

Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **21 lipca 2008r. godz. 12<sup>00</sup>**.

- termin wnoszenia wadium dnia **21 lipca 2008r do godz. 12<sup>00</sup>**
- termin otwarcia ofert dnia **21 lipca 2008r. godz. 13<sup>00</sup>**.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga złożenia żadnych próbek.**

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.