



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 22 lipca 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/52/ /08

.....
.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu oksygenator z powłoką biokompatybilną, zachowującą te same parametry jakościowe i właściwości co powłoka heparynizowana, pozostałe parametry jak w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wiążąca jest treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu oksygenator o następujących parametrach technicznych:

- powierzchni wymiany gazowej 1,8 m²,
- objętości wypełnienia statycznego 270 ml,
- zakresem przepływu krwi od 0,5 do 7,0 l/min,
- zintegrowany zbiornik kardiotomijny z oksygenatorem, twarde o wypełnieniu 4000 ml ? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Zestaw drenów – czy konektory do pomiaru: saturacji, hematokrytu i prężności tlenu podczas zabiegu w krążeniu pozaustrojowym kompatybilne z Data Master mogą być dostarczone oddzielnie ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wiążąca jest treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek