



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 04 sierpnia 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/52/ /08

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 2:

Zamawiający w zadaniu nr 2 określił jednoznacznie termin przydatności do użycia dla oksygenatora – 1,5 roku. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: termin przydatności do użycia minimum 1,5 roku ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 – przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu dostarczenia wraz z przetwornikami dwóch mankietów ciśnieniowych ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

Zamawiający w zadaniu nr 8 – przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą nie określił, czy oferowane płytki mocujące przetworniki mają być pojedyncze, czy podwójne. Prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby płytki mocujące przetworniki do pomiaru ciśnienia były podwójne.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek