



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 21 sierpnia 2008r.

AZP.3320/52/ /08

.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie:

Czy w zadaniu 23 Zamawiający dopuści inne klipsy naczyniowe jeżeli Sprzedający użyczy na czas trwania umowy klipsownicy do klipsów małych i średnich ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w części dot. opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 23. **Obowiązujący po modyfikacji opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 23** ma treść:

„1. Klipsy naczyniowe – 10 000 sztuk:

- rozmiar small - 8 000 sztuk
- rozmiar medium - 2 000 sztuk
- wykonane są z biologicznie obojętnego stopu tytanu,
- nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów),
- podłużny rowek na całej długości wewnętrznej powierzchni klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania,
- poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni zabezpieczające przed ześlizgnięciem,
- kolor zasobnika identyczny z kolorem opakowania i klipsownicy,
- wykonawca, którego oferta w zadaniu 23 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy klipsownicy w ilości 4 szt. do klipsów S i 2 szt. do klipsów M.”

Pytania dot. zadania 4:

Poz.1. Czy Zamawiający dopuści kaniulę żylną dwustopniową prostą w rozmiarze 36/50 ?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kaniulę żylną pojedynczą w rozmiarach 20 do 40 ?

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści miękką ssawkę zakończoną sprężynką o długości 30 cm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza:

w pozycji 1 - kaniulę żylną dwustopniową prostą w rozmiarze 36/50.

w pozycji 2 - kaniulę żylną pojedynczą w rozmiarach 20 do 40.

w pozycji 5 - miękką ssawkę zakończoną sprężynką o długości 30 cm.

Pytanie dot. zadania 26:

Czy zamawiający dopuści igłę przezskórną łamaną o długości 75 mm ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytania dot. zadania 29 poz. 1:

1. Prosimy o wyjaśnienie ile sztuk folii w zadaniu nr 29 w poz. nr 1 Zamawiający życzy sobie z jodoforem, a ile bez jodoforu, bezbarwnych. Cena za te folie jest różna i doprecyzowanie ilości jest konieczne do sporządzenia oferty cenowej ?
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 w zadaniu nr 29 folię bez jodoforu bezbarwną w rozmiarze 60 x 60 cm ?

Wyjaśnienia ad. pkt. 1, 2:

Zamawiający informuje, iż w zadaniu 29 poz. 1 wymaga:

- folii operacyjnej, bakteriobójczej z jodoforem, chirurgicznej, wykonanej z poliestru, grubości 0,025 mm, niepalnej, antystatycznej, matowej, rozciągliwej, z hypoalergicznym klejem akrylowym, jałowej, zawierającej boki nieprzylepne min. 5 cm, wielkości 60 cm x 56 cm – 450 sztuk,
- folii operacyjnej, jałowej, chirurgicznej, z poliestru, niepalnej, antystatycznej, matowej, rozciągliwej, bezbarwnej, wielkości 60 cm x 60 cm – 100 sztuk

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 w zadaniu nr 29 sterylną folię chirurgiczną wykonaną z polietylenu, antystatyczną, hypoalergiczną, niepalną o wymiarach całkowitych 15 x 20 cm – powierzchnia przylepna 10 x 20, grubość folii 0,05 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 w zadaniu nr 29 sterylną folię chirurgiczną wykonaną z polietylenu, antystatyczną, antyrefleksyjną, hypoalergiczną, niepalną, ultracienką o wymiarach całkowitych 38 x 25 cm – powierzchnia przylepna 28 x 25 cm, grubość folii 0,025 mm, paraprzepuszczalność m_{tr} powyżej 600 mg/1 m²/24 h ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Jednocześnie dokonujemy sprostowania treści opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 29 poz. 2 zamieszczonego w SIWZ. Jego prawidłowe brzmienie ma treść: „Folia samoprzylepna, operacyjna, jałowa, chirurgiczna z bokami nieprzylepnymi o wymiarach 10cm x 20 cm, powierzchni klejącej 37/8in x 77/8in. – 400 sztuk”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 29 w pozycji nr 3 folie o wymiarach 29 cm x 25 cm (rozmiar całkowity) i 19 x 25 cm (obszar lepny) ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Zamawiający informuje ponadto, iż ulega zmianie:

- **termin składania ofert i wniesienia wadium**, który wyznacza się na dzień **29 sierpnia 2008r. do godz. 12.00**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **29 sierpnia 2008r. do godz. 13.00**.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek

