



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 15 lipca 2008 r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP 3320/53/ /08

-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść i wyjaśnienie:

1. Pytanie 1 – Zadanie 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26 mm ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

2. Pytanie 2 – zadanie 1, pozycja 15 – Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. Pozycja ta jest charakterystyczna dla jednej firmy przez co uniemożliwia złożenie oferty innym oferentom w tym zadaniu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyłącza z zadania 1 – nici syntetyczne, plecione, wchłaniające z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56 – 70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego minimum 80% po 2 tygodniach i minimum 30% po 3 tygodniach, pozycję 15 – przyrząd pętla laparoskopowa z aplikatorem i tworzy oddzielne zadanie nr 11. Opis pętli i wymagania nie ulegają zmianie.

3. Pytanie 3 – Zadanie 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego o wymiarach 5x7 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Lek. med. Andrzej Mielcarek