



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 04 sierpnia 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/57/ /08

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do operacji zaćmy dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od 0,0 D do 30,0 D ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Jaki kąt zwilżania Zamawiający wymaga ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga określenia tego parametru.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciw PCO, jeśli tak to jakie?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciw PCO.

**Pytanie dot. § 6 ust. 2 wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu w § 6 ust. 2 wzoru umowy wg poniższej propozycji: „Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego”.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust. 2 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego”.

**Pytanie dot. zadania 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji soczewki o zakresie mocy optycznej od +5.0 D do + 30.0 D, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania 2, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji soczewki hydrofobowe o zakresie mocy optycznej od +6.0 D do + 34.0 D, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. „banku” soczewek:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości soczewek do „banku” w zakresie zadania 2 z 200 sztuk do 100 sztuk soczewek ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od 0,0 D do 9,0 D co 1,0 D oraz od 10,0 D do 30,0 D co 0,5 D?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie:**

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga angulacji soczewek zwijalnych 0 stopni ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zafakturowanie soczewek dostarczonych do Zamawiającego w ramach „Banku soczewek” z terminem płatności wydłużonym do końca trwania umowy ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie:**

Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści soczewki PMMA przedniokomorowe o dł. całk. 12,75 mm ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie:**

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewki zwijalne o dł. części optycznej 5,75 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną - przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert ?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisami w SIWZ przelew jest jedną z dopuszczonych form wniesienia wadium. Zamawiający informuje, że do oferty można załączyć wydruk komputerowy dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

**Pytanie:**

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę o stałej A:  $AL < 25 \text{ mm}$  117,9;  $AL \geq 25 \text{ mm}$  118,3 ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie:**

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewek o zakresie mocy od + 0,0 D do 42,0 D, w tym w zakresie od + 10,0 D do + 30 D co pół dioptrii dostępne w magazynie oraz + 8,5 D i + 9,5 D na zamówienie ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie soczewek zwijalnych w zakresie mocy optycznej od 8,5 D do 30,0 D, pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

Jednocześnie zamawiający informuje, że ulega zmianie **termin składania i wnoszenia wadium**, który wyznacza się na dzień **08 sierpnia 2008r. godz. 12.00** i **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **08 sierpnia 2008r. godz. 13.00**.

Dyrektor  
lek. med. Andrzej Mielcarek