



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 18 sierpnia 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/64/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zwracamy się z prośbą o obniżenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Wydaje nam się, że dla Wykonawców zaoferowanie wymaganej przez Zamawiającego aparatury medycznej i z proponowanym przez Zamawiającego 24 – miesięcznym okresem gwarancji, podwyższy cenę oferty w znaczący sposób. Zaoferowanie aparatury np. z 12 – miesięcznym okresem gwarancji pozwoli wykonawcom na złożenie oferty tańszej.

Wyjaśnienie

24 – miesięczny okres gwarancji dla oferowanego aparatu usg jest okresem wymaganym i nie ulega zmianie.

2. Dot. pkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia – Czy zostanie dopuszczony do przetargu aparat wysokiej klasy klinicznej posiadający wysokoczułą funkcję Dopplera Kolorowego, funkcję Power Doppler ale bez wyznaczania kierunków ? Funkcja Power Doppler ze znaczeniem kierunków przepływu jest niewiele czulsza od współcześnie oferowanego Dopplera kolorowego.

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia – aparatu usg jest określony w specyfikacja istotnych warunków zamówienie i nie ulega zmianie.

3. Dot. SIWZ – pkt. 16. Czy Zamawiający wymaga poszerzenia pola obrazowego przez tzw. obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia – aparatu usg jest określony w specyfikacja istotnych warunków zamówienie. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

4. Dot. SIWZ – pkt. 22, 23. Czy z uwagi na wykonywanie biopsji Zamawiający wymaga możliwość rozbudowy aparatu o profesjonalną głowicę z centralnym kanałem biopsyjnym?

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Wyjaśnienie treści SIWZ – dostawa aparatu usg
Postępowanie AZP 3320/64/08

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia – aparatu usg jest określony w specyfikacja istotnych warunków zamówienie. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga możliwość rozbudowy o opcję obrazowania kontrastami ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia – aparatu usg jest określony w specyfikacja istotnych warunków zamówienie. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga PRF min. 24 kHz, pozwalającego w ten sposób na doprecyzowanie i określenie maksymalnych mierzonych wartości szybkości przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego i tym samym pozwalającego w sposób właściwy określenie klasy zamawianego aparatu ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia – aparatu usg jest określony w specyfikacja istotnych warunków zamówienie. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek