



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 20 sierpnia 2008 r.

AZP 3320/64/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG o bardzo nowoczesnej i lekkiej konstrukcji, oraz parametrach znacznie przewyższających minimalne parametry podane w wymaganiach technicznych, który posiada najnowszej generacji mechanizm podstawy jezdnej o czterech niezależnych obrotowych kołach w tym dwóch skrętnych, z możliwością blokady dwóch kół zapewniających stabilną pozycję aparatu? Pragniemy zaznaczyć, iż aparat charakteryzuje się bardzo wysoką ergonomią i użytecznością, a unikalna konstrukcja podstawy jezdnej zapewnia niezwykle łatwy transport również dla Użytkownika o drobnej posturze.

Wyjaśnienie

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dot. SIWZ – Wzór umowy. Zamawiający zawarł zapis w § 9 pkt. 6, który brzmi „Sprzedający wymieni na nowy, taki przedmiot umowy, który był poddany ... naprawom gwarancyjnym”? Pragniemy zauważyć, iż „przedmiotem umowy” jest aparat USG wraz z wyposażeniem. Na wyposażenie przedmiotu umowy składa się wiele elementów. Nieuzasadnionym jest zatem w przypadku dwukrotnej awarii np. videoprintera wchodzącego w skład wyposażenia żądanie wymiany „przedmiotu umowy” (czyli całego aparatu USG) na nowy. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na sprecyzowanie zapisu w § 9 wzoru umowy pkt. 6 i jego zmianę na : „Sprzedający wymieni na nowy taki element lub podzespół, który był poddany naprawom gwarancyjnym” ?

Wyjaśnienie:

Tak. § 9 pkt. 6 wzoru umowy integralnej części SIWZ otrzymuje brzmienie: „Sprzedający wymieni na nowy taki element lub podzespół przedmiotu umowy, który był poddany naprawom gwarancyjnym”.

3. Dot. SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni pod warunkiem wstawienia aparatu zastępczego w przypadku przedłużenia się dostawy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Wyjaśnienie treści SIWZ 1 – dostawa aparatu usg
Postępowanie AZP 3320/64/08

ponad wymagane 30 dni od daty podpisania umowy ?. Jest to podyktowane koniecznością sprowadzenia nowego aparatu (produkowanego specjalnie dla danego klienta) od producenta z zagranicy, co w związku z sezonem urlopowym może ale nie musi trwać ponad 30 dni, natomiast zapewniamy aparat zastępczy tej samej lub wyższej klasy na czas oczekiwania na aparat właściwy.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujący jest termin realizacji zamówienia określony w SIWZ tj. – w ciągu 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy.

4. Dot. opisu przedmiotu zamówienia „Sondy dedykowane do aparatu pkt. 22, 23”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastikowych (zamiast metalowych) nasadek biopsyjnych spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek