



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 21 sierpnia 2008 r.

AZP 3320/64/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z ugięciem bramki dopplerowskiej 12 stopni? Oferowany parametr jest wystarczający do wykonywania badań dopplerowskich. Oferowany aparat charakteryzuje się wysokiej jakości obrazowaniem dopplerowskim oraz posiada możliwość rozbudowy o unikalne funkcje obrazowania dopplerowskiego.

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg z automatycznym obrysem spektrum dopplerowskiego na obrazie zatrzymanym wraz z pakietem obliczeniowym? W zastosowaniach klinicznych najczęściej stosuje się tego typu metodę pomiarów ze względu na największą dokładność.

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg wyposażony w głowicę Convex z przystawką biopsyjną do współpracy z igłami o 3 średnicach 15G, 18G oraz 20G? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg wyposażony w głowicę liniową zbudowaną z 128 elementów ? Głowica dzięki specjalnej konstrukcji oferuje bardzo dobre parametry obrazowania.

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg wyposażony w głowicę liniową z przystawką biopsyjną wykonaną z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości z możliwością sterylizacji na wysokim poziomie za pomocą płynów Cidex OPA lub Cidex?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę liniową z przystawką biopsyjną do współpracy z igłami o 2 średnicach 14G oraz 23G?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia wynoszący 6 tygodni ?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujący jest termin realizacji zamówienia określony w SIWZ tj. – w ciągu 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy.

8. Zamawiający wymaga potwierdzenia danych technicznych zaoferowanego sprzętu. Z uwagi na fakt, iż każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie folderem producenta, w którym określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. Materiały techniczne są materiałami ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli (nie znajdujących potwierdzenia w opisie technicznym tzw. Produkt Data i w prospekcie) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ ?

Wyjaśnienie:

SIWZ informuje na str. 8 pkt. 3, że oferta musi zawierać „Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem jego producenta i kraju pochodzenia. Charakterystyka musi zawierać minimum dane na temat parametrów – warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.”. Zamawiający nie wprowadza zmian, dodatkowych wymagań do SIWZ.

9. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia serwisowego pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w siedzibie Zamawiającego. Powyższe postanowienie budzi poważne wątpliwości albowiem naprawy aparatów może dokonywać tylko serwis autoryzowany przez producenta. Gwarantuje to zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Z drugiej strony SIWZ przewiduje szkolenie w zakresie obsługi aparatu, co jest wystarczające dla prawidłowej eksploatacji klinicznej. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie drobnych napraw aparatu i sprzętu może być niewystarczające i skutkować wadliwym działaniem sprzętu. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkolenia serwisowego oraz wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej ?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek