



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 29 sierpnia 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/ 67/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do 24 – godzinnego monitorowania EKG wraz z 10 rejestratorami, aparatu EKG, systemu do telerehabilitacji kardiologicznej oraz zestawu typu „nordic walking”. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1 do Zadania 2 – aparat EKG 12 – kanałowy z analizą – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość bezpośredniego wydruku na zwykłej drukarce laserowej (dzięki temu znacznie obniża się koszty wydruku)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Pytanie 2 do Zadania 2 – aparat EKG 12 – kanałowy z analizą – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość wydruku na zwykłym papierze faxowym (aparat drukuje siatkę, dzięki temu znacznie obniża się koszty wydruku)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Pytanie 3 do Zadania 2 – aparat EKG 12 – kanałowy z analizą – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał długi zapis EKG do wykrywania arytmii (do 9minut)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Pytanie 4 do Zadania 2 – aparat EKG 12 – kanałowy z analizą – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał stolik oryginalny producenta aparatu wraz z wysięgnikiem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Pytanie 5 do Zadania 2 – aparat EKG 12 – kanałowy z analizą – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał filtr autoadaptacyjny który automatycznie dobiera niezbędne filtry (dzięki tej opcji przyspiesza się przygotowanie aparatu do przeprowadzenia badania, użytkownik nie traci czasu na dobieranie odpowiednich filtrów dla każdego pacjenta)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Pytanie 6 do Zadania 2 – aparat EKG 12 – kanałowy z analizą – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał pamięć 100 ostatnich zapisów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Pytanie 7 do Zadania 2 – aparat EKG 12 – kanałowy z analizą – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał w analizę i interpretację w języku polskim wraz z rysunkiem osi elektrycznej serca?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do SIWZ.

Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor