



Zamość, dnia 05 września 2008 r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP 3320/ 68/ /08

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek mechanicznych serca, protez i pierścieni dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

### **I. Dotyczy zapisu § 2 ust. 1 Załącznika do SIWZ – wzór umowy.**

„..... 1. W ramach „Banku” Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu ponosząc ryzyko transportu, zastawki, protezy i pierścienie w asortymencie i ilościach określonych poniżej.”

Wnosimy o zmianę zapisu, na:

„.....1. Sprzedający złoży w depozyt do siedziby Kupującego wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy w ilościach i rodzajach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym koszt depozytu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania wyrobów medycznych dostarczonych do depozytu na podstawie dokumentu magazynowego, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym i ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych na przechowanie.”

### **Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

### **II. Dotyczy zapisu § 3 ust. 1 i 2 Załącznika do SIWZ – wzór umowy**

„..... 1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonego w ramach „Banku” sprzętu, określając szczegółowo jego ilość i asortyment.

2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia faktury VAT za wykorzystany przez Kupującego sprzęt.”

Wnosimy o zmianę na zapis:

Pobranie wyrobów medycznych z depozytu przez Kupującego w celu ich zastosowania skutkuje przejściem ich własności na Kupującego. O powyższym fakcie Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego, przesyłając mu faksem dokument określający rodzaj użytych wyrobów medycznych z podaniem nazwy, numeru katalogowego i ilości sztuk, w terminie 2 dni roboczych od dnia użycia powołanych

powyżej wyrobów medycznych. Zawiadomienie to stanowi podstawę wystawienia faktury oraz odpowiedniego uzupełnienia depozytu.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**III. Dotyczy zapisu § 4 ust. 5 Załącznika do SIWZ – wzór umowy**

„..... 5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji”.

Wnosimy o zmianę na zapis:

„..... 5. Sprzedający będzie uwzględniał uzasadnione reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 10 dni licząc od dnia przekazania zgłoszenia reklamacji.”

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**IV. Dotyczy zapisu § 5 ust. 2 Załącznika do SIWZ – wzór umowy.**

„.....2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„..... 2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy z wyłączeniem urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.”

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**V. Dotyczy zapisu § 8 ust. 1 Załącznika do SIWZ – wzór umowy**

„..... 1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :

a) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku zastawek, protez i pierścieni w wysokości 0,2% wartości sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki:

b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki:

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„..... 1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :

a) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku zastawek, protez i pierścieni w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki:

b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostaw przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej-niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki:

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy.”

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**VI. Dotyczy zapisu § 9 Załącznika do SIWZ – wzór umowy.**

„..... W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1”

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**VII. Dotyczy zadania 3**

Prosimy o dopuszczenie protez aortalnych dwustronnie welurowych pokrytych żelatyną wchłaniania na drodze hydrolizy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dotyczy pakietu nr 4 A**

Czy Zamawiający dopuści pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii i przy niedomykalności niedokrwiennej z uniesionym segmentem P2, bez zredukowanej krzywizny P2-P3, bez obniżonego segmentu P3 i bez powiększonej powierzchni szycia w obrębie P2-P3?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dotyczy pakietu nr 4 B**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pierścieni do plastyki zastawki mitralnej, półsztywnych w kształcie nerkowatym w rozmiarach 24-38?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pierścieni do plastyki zastawki mitralnej półsztywnych?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dotyczy pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści pierścienie do plastyki zastawek przedsionkowo – komorowych miękkich w rozmiarach 23-35?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie oferty na zastawki o punkcie obrotu półdysków wystającym poniżej/powyżej obrysu zastawki, kącie otwarcia płatków 85° i pierścieniu wykonanym z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na protezy z zastawką o punkcie obrotu półdysków wystającym poniżej / powyżej obrysu zastawki, kącie otwarcia płatków 85° i pierścieniu wykonanym z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor