



Zamość, dnia 03 października 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/ 69/ /08

Dotyczy: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

1. Dotyczy zapisu § 2 ust. 4 Załącznika do SIWZ – wzór umowy.

„..... 5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„.....5. Sprzedający będzie uwzględniał uzasadnione reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 10 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

2. Dotyczy zapisu § 3 ust. 2 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

„..... 2.. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„.....2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy z wyłączeniem urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

3. Dotyczy zapisu § 5 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

„..... Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przenieść na nią swych wierzytelności wynikających z umowy

Wnosimy o zmianę na zapis:

„..... Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

4. Dotyczy zapisu § 6 ust. 1 Załącznika do SIWZ – wzór umowy.

„.....1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki
- w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„..... 1. .Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki
- w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy ”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

5. Dotyczy zapisu § 7 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

„..... w razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 pkt. 1.”

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

6. Dotyczy zadania 2

Prosimy o dopuszczenie protez rozwidlonych o długości 45 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na protezy rozwidlone o długości do 50 cm.

7. Dotyczy zadania 3

1. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 3 protez podlegających resterylizacji.

2. Prosimy o dopuszczenie jako próbkę protezy o długości 60 cm.

Wyjaśnienie:

1. SIWZ nie określa takich wymagań w przypadku zadania 3. Wykonawca może zaoferować protezy w zadaniu 3 z możliwością resterylizacji.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie w zadaniu 3 jako próbki protezy o długości 60 cm.

8. Dotyczy zapisu § 11 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 11 i dodanie:

W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuży się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie?

Wyjaśnienie:

Treść § 11 nie ulega zmianie i ma brzmienie „Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj..... przez okres 12 miesięcy tj. do dnia.....”

9. Dotyczy zapisu § 3 ust. 2 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §3 ust. 2 i dodanie:

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

10. Dotyczy zapisu § 1 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §1 i dodanie:

Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

Wyjaśnienie:

Treść § 1 nie ulega zmianie i ma brzmienie „Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę protez naczyniowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w niżej wymienionym asortymencie i ilościach.”

11. Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy naczyniowe o długości 20 cm zamiast 10-15 cm?.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na protezy naczyniowe o dł. 20 cm.

12. Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez rozwidlonych o długości 50 cm?.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie protez rozwidlonych o długości 50 cm?

13. Dotyczy zapisu § 6 ust. 1 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 ust 1 umowy i nadanie następującej treści:

W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Kupujący może domagać się od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

14. Dotyczy zapisu § 6 ust. 2 Załącznika do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 6 ust. 2 i nadanie następującej treści: „Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

15. Dotyczy Zadania 1 poz. 1,3,5,6,7,8

Czy w zakresie zadania 1 poz. 1, 3, 5, 6, 7, 8, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez o długości 20 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie protez o długości 20 cm.

16. Dotyczy Zadania 1 poz. 2,3

Rozumiemy, że w zakresie Zadania 1 poz. 2, 3 Zamawiający stawiając wymaganie dla długości protez w zakresie 60-80 cm oczekuje zaoferowania jednego rozmiaru protezy mieszczącej się swoją długością w podanym zakresie.

Wyjaśnienie:

Tak

17.

Rozumiemy, że stawiając wymagania dostarczenia dokumentacji umożliwiającej resterylizację protez PTFE Zamawiający oczekuje, aby była to dokumentacja pochodząca bezpośrednio od producenta a nie od dystrybutora sprzętu i wskazywała jednoznacznie, że produkt może podlegać resterylizacji.

Wyjaśnienie:

Tak

18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie charakterystyk jakościowo technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnej wersji językowej producenta, w tym przypadku j. angielski?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str 8 że dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

19.

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 wzoru umowy:

w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

20.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

21.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku , gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

22.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

„Za datę dokonania płatności unaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

23

Zwracamy się z zapytaniem czy Wykonawca może na własny koszt i ryzyko zlecić wysyłkę firmie przewozowej? (§ 5)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie może podejmować decyzji za Wykonawcę. SIWZ na str 3 w formularzu „oferta wykonawcy” w pkt. 5 określa: „Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) ...”

24

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w § 10:

„W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości umowy. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 10, który otrzymuje brzmienie „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo

ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości umowy. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy”

W związku z powyższym na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert – 09 października 2008r godz.12:00

Termin wnoszenia wadium – 09 października 2008r do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 09 października 2008r godz 13:00

Andrzej Mielcarek
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża
Jana Pawła II