



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 10 września 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/72/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji oraz akcesoriów do sterylizatorów. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

1. Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający wymaga w rękawach folii 5 – warstwowej nie wliczając warstwy kleju?

Wyjaśnienie:

Warstwa kleju nie jest warstwą technologiczną, toteż nie została wliczona do warstw folii. Zamawiający wymaga folii 5 – warstwowej w rękawach.

2. Dotyczy nr 1 pozycja nr 20

Czy z uwagi na fakt, że torebki są wyrobem medycznym i podlegają ocenie zgodności wraz z opakowaniem. Zamawiający zechce skorygować zapotrzebowanie do pełnego opakowania handlowego czyli 500 sztuk?

Wyjaśnienie :

Ze względu na dużą ilość 500 sztuk torebek osłonowych w jednym opakowaniu w stosunku do potrzeb Zamawiającego określonych w SIWZ - 50 szt. rezygnuje się z tej pozycji asortymentowej. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 1 opakowania sterylizacyjne obejmuje pozycje od 1 do 19.

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec**