



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 12 września 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/72/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji oraz akcesoriów do sterylizatorów. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

1. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 500 szt. wskaźników o szybkim odczycie w pakiecie z autoczytnikiem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia autoczytnika do wskaźników o szybkim odczycie.

2. Dotyczy zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wskaźnik biologiczny posiadający certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą referencyjną zamiast podawania określonych warunków zabicia w temperaturze 121 i 134°C?

Wyjaśnienie :

Nie dopuszcza. Potrzebne jest określenie warunków zabicia drobnoustrojów ze względu na stosowne w Polsce i Europie zakresy temperatur (121 i 134°C).

3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy zestawy Bowie-Dick powinny posiadać certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną potwierdzający wysoką czułość zestawu?

Wyjaśnienie:

Nie jest wymagany certyfikat.

4. Dotyczy zadania nr 3 poz. 5

Czy taśmy wskaźnikowe powinny posiadać certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną?

Wyjaśnienie:

Nie jest wymagany certyfikat.

5. Dotyczy zadania nr 3 poz. 7

Czy wskaźniki biologiczne powinny posiadać certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną?

6. Dotyczy zadania nr 3 poz. 9

Czy taśmy wskaźnikowe powinny posiadać certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną?

Wyjaśnienie:

Nie jest wymagany certyfikat dla wskaźników biologicznych oraz taśm wskaźnikowych.

7. Dotyczy zadania nr 3 poz. 10

Prosimy o wydzielenie z zadania 3 pozycji nr 10 w celu umożliwienia nam złożenia konkurencyjnej oferty, ponieważ jest tylko jeden producent tego typu wskaźników, którego przedstawiciel oferuje b niekorzystne oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to jedna grupa testów.

8. Dotyczy zadania nr 3 poz. 11

Prosimy o wydzielenie z zadania 3 pozycji nr 11 z powodu jak wyżej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to jedna grupa testów.

9. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12

Prosimy o wydzielenie z zadania 3 pozycji nr 12 z powodu jak wyżej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to jedna grupa testów.

10. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce rękawów o szerokości 400 mm (poz.15) rękawy o szerokości 380mm, bądź 420mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o szerokości 420 mm w poz. 15.

11. Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-9

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego (krępowego) zgodnego z normą PN EN 808-2 o zawartości siarczanu 0,01-0,1% (wymagania normy $\leq 0,25$)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wyższa zawartość siarczanów (oraz chlorków) jest nie do usunięcia w cyklu sterylizacji, a wpływa na przyspieszenie korozji narzędzi. W przypadku naszego instrumentarium (wysoka eksploatacja) – jest to kwestia bardzo istotna.

12. Dotyczy zadania nr 1 poz. 10-17

1. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 60g/m², foli 5-warstwowej (łącznie z warstwami kleju) i parametrami technicznymi nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ jednakże zgodnych z wymaganiami norm PN EN 868-3 i PN EN 868-5

2. Czy Zamawiający wymaga aby na rękawach naniesiony był rozmiar nominalny (długość i szerokość)?
3. Czy Zamawiający wymaga aby napisy na rękawach były w języku polskim?

Wyjaśnienie:

Ad. 1 Nie. Gramatura papieru 60g/m² powoduje powstanie dziur przy wyjmowniu ze sterylizatora narzędzi cięższych, np: haków oraz pił, co wiąże się z przepakowaniem na koszt CS.

Zamawiający wymaga warstwy folii 5-warstwowej (poza klejem).

Ad. 2 Nie.

Ad. 3 Nie.

13. Dotyczy zadania nr 1 poz. 16

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego z fałdą w rozmiarze 75mm x 38mm x 100m zamiast 75mm x 25mm x 100m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą o rozmiarach 75 mm x 38 mm x 100 m pod warunkiem, że rękaw plus folia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec