



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 12 września 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/72/ /08

-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji oraz akcesoriów do sterylizatorów. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

#### **Pakiet nr 1 poz. 20**

Czy zamiast torby osłonowej zgrzewalnej o wymiarach 420 mm x 700 mm Zamawiający dopuści torby z zamknięciem samoprzylepnym o wymiarach 450 mm x 750 mm?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyłączył tę pozycję asortymentową z przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 – Opakowania sterylizacyjne – wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10 września 2008r.

#### **Pakiet nr 3 poz. 4**

Czy zamiast zestawu testowego jednorazowego użytku typu Bowie-Dick, Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci testu symulacyjnego Bowie – Dick składającego się z przyrządu testowego procesu zgodnego z PN EN 867-4, posiadającego rurkę i kapsułkę ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego ( dostarczamy 3 szt. po jednym na każdy sterylizator) oraz bezołowiowych testów paskowych Bowie-Dick ( 134°C; 3,5 min.) pokrytych utwardzonym polimerem kontrolujących penetrację i jakość pary?

#### **Wyjaśnienie :**

Zamawiający nie wyraża zgody. Stosowany dotychczas zestaw jednorazowego użytku typu Bowie – Dick spełnia wystarczająco wymagania Centralnej Sterylizatorni.

#### **Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 15 zgodzi się na +/- 5% tolerancję wymiaru rękawa?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na +/- 5% tolerancję wymiaru rękawa w pozycji 15 zadania 1 – Opakowania sterylizacyjne.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Postępowanie AZP 3320/72/08 – wyjaśnienie  
SIWZ

**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający w zadaniu 2 dopuści torebki włókninowo - foliowe o wymiarach 270x360mm zamiast 210x420 mm oraz 500x600 zamiast 420x600 mm

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez firmę wymiary 270 x 360mm; 500 x 600mm toreb włókninowo-foliowych, wymiary wymienione w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia tj. 210 x 420 mm; 420 x 600mm zostały określone wielkością narzędzi, które będą pakowane.

Z – ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Lecznictwa  
Lek. med.. Marek Lipiec