



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 15 września 2008r.



AZP.3320/72/ /08



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

tel. centrala
084 6773333

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji oraz akcesoriów do sterylizatorów. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

tel. sekretariat
084 6773300

1. Pakiet nr 1 poz. 15 Czy zamiast rękawa o szerokości 400 mm Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 380 mm lub 420 mm.

fax
084 6386669

Wyjaśnienie:

www.szpital.zam.pl

Zamawiający we wcześniejszych wyjaśnieniach dopuścił zaoferowanie rękawów o szerokości 420 mm w poz. 15 i wyraził zgodę na +/- 5% tolerancję wymiaru rękawa w tej pozycji

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

2. Czy Zamawiający zgodzi się: na zmianę § 6 ust. 1 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Kupujący może domagać się od sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki.”

NIP
922-22-92-491

Wyjaśnienie :

Wiążące są zapisu wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

REGON
006050134

3. Czy Zamawiający zgodzi na zmianę w § 6 ust. 2 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

KRS
0000021024

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisu wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w §6 ust. 3 i nadanie następujących treści: „Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisu wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec

