



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 13 października 2008 r.

AZP 3320/75/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednego aparatu EEG i 5 sztuk kardiomonitorów. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EEG o maksymalnej częstotliwości próbkowania 800 Hz ? Biorąc pod uwagę częstotliwość EEG do 70 – 100 Hz wymagana w punkcie 12 częstotliwość próbkowania 3000 Hz jest znacznie zawyżona.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści aparat EEG o współczynniku CMRR 100dB ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ.

3. Jakiej weryfikacji klinicznej powinno podlegać oferowane oprogramowanie do automatycznej detekcji iglic i napadów padaczkowych ?

Wyjaśnienie: Oprogramowanie powinno znaleźć odcinki czy fragmenty zapisu z czynnością napadową.

4. Czy Zamawiający dopuści elektrody miseczkowe złote zamiast elektrod Ag/AgCl ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ.

5. W jakich rozmiarach powinny zostać dostarczone czepki szybkiego zakładania ?

Wyjaśnienie: Czepki szybkiego zakładania dla dorosłych „S” i „L”.

6. Czy mapping 3D z punktu 21 powinien umożliwiać łączenie zapisu EEG z obrazami strukturalnymi z MRI/CT ?

Wyjaśnienie: Nie jest to warunek wymagany przez Zamawiającego.

7. Ile kanałów EEG powinien obsługiwać rejestrator holterowski z punktu 26 ?

Wyjaśnienie: Rejestrator holterowski powinien obsługiwać min. 16 EEG + 1 EKG.

Z – ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec