



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 06 maja 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/8/ /08

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 4, poz. 1 - 2:

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli cewniki Foley nr 8 i 10 z balonem o pojemności 3-5 ml ?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający ma na myśli cewniki Foley'a nr 8 i nr 10 z balonem o pojemności 3 – 5 ml.

Jednocześnie zamawiający informuje, że ulega zmianie:

- **termin składania ofert**, który wyznacza się na dzień **15 maja 2008r. godz. 10⁰⁰**,
- **termin wniesienia wadium**, który wyznacza się na dzień **15 maja 2008r. do godz. 10⁰⁰**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **15 maja 2008r. godz. 11⁰⁰**.

Pozostałe warunki określone w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek