



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 07 kwietnia 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/8/ /08

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie dot. zadania nr 12 – poz. 3:**

Czy można zaoferować zestaw z pełnobarierowego 2 – warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup> następującym składzie o rozmiarach:

- serweta na stół Mayo 80 x 145 cm – 1 szt.
- serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm – 1 szt.
- taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 szt.
- serweta – ekran anestetyczny z taśmą samoprzylepną w środkowej części krawędzi serwety 150 x 240 cm – 1 szt.
- serwety boczne 75 cm x 90 cm wykończone taśmą przylepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.
- serweta dolna 180 cm x 175 cm wykończona taśmą lepłą – 1 szt.

z kieszenia 2 – komorową pakowaną oddzielnie ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę rozmiarów poszczególnych elementów składowych zestawu. Określony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie i jest wiążący. Gramatura i liczba warstw laminatu nie została określona, Wykonawca może zaoferować posiadaną przez siebie.

**Pytanie dot. zadania nr 12 –poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarach 50 cm x 50 cm?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji, których pytania dotyczą i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienia:**

Tak. Można zaoferować serwetę w rozmiarach 50 cm x 50 cm.

Jednocześnie zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, których dotyczą pytania i utworzenie odrębnych zadań. Wiążący pod tym względem jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 29 poz. 1 i 2:**

Prosimy o utworzenie z każdej pozycji odrębnego przedmiotu zamówienia i dopuszczenie do złożenia oferty na każdą z pozycji oddzielnie.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytania dot. zadania nr 30:**

1. **pozycja nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego nie sterylnego, wiązane go na troki wokół szyi, w kolorze zielonym wykonanego z włókniny o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, pakowanego w kartony a 100 szt. Lub czepka chirurgicznego wykonanego z włókniny j.w. ze ściągaczem w części tylnej, w kolorze zielonym, z taśmą wokół głowy pochłaniającą pot pakowanego w karton a' 60 szt. ?
2. **pozycja nr 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okrągłego czepka w kolorze zielonym, o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup> z gumką dookoła pakowanego w karton a' 100 szt. ?

**Wyjaśnienia dot. pkt. 1 i 2:**

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę gramatury włókniny. Określony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie i jest wiążący.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych  
mgr Andrzej Szewczuk