



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 05 maja 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/8/ /08

.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie dot. zadania 46, poz. 5:**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi i rurkę dooskrzelową nr 35 lewą z haczykiem na ostrogę czy bez haczyka na ostrogę ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 46, poz. 5:**

Czy w kolumnie jedn. miary nie powinno być zamiast szt. – zest. czyli zestaw. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o rurkę w zestawie?

**Wyjaśnienie:**

Tak. Jednostką miary jest zestaw.

**Pytanie dot. zadania nr 36 poz. 2 i 3:**

Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia w pakiecie 36 poz. 2, 3. Czy Zamawiającemu chodzi o prowadnicę prostą czy zagiętą. Czy chodzi o prowadnicę przeznaczoną do trudnych intubacji czy prowadnicę do wymiany rurki ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 36 poz. 2 i 3:**

Czy prowadnica w poz. 2 i 3 może mieć długość 75 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 72:**

Czy Zamawiający wymaga aby w poz. 1 i 2 zestaw do hemodializy był dwukanałowy 12F/2 x 12Ga/16 cm zawierający minimum: igłę, prowadnicę, rozszerzadło, strzykawkę z tłokiem posiadającym tunel umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki, cewnik pokryty powłoką antybakteryjną składającą się z chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra ?

**Wyjaśnienie:**

Nie wymaga.

**Pytanie dot. zadania nr 72:**

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 3 co umożliwi nam złożenie oferty na pozostałe produkty.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 47:**

W związku z tym, że nie istnieją rurki spełniające wszystkie wymogi określone w specyfikacji (tj. wykonane z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczyste, z oznaczeniami średnicy rurki i mankieta na baloniku kontrolnym) w rozmiarach 3,0 – 4,5 czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 7 – 10 przezroczystych rurek intubacyjnych wykonanych z termoplastycznego PCW lub silikonowanego PCW z mankiem niskociśnieniowym i balonikiem kontrolnym wskazującym na stan mankieta zawierającym tylko oznaczenie średnicy rurki.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuścił rurki z silikonowanego PCV.

**Pytanie dot. zadania nr 47:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 11 – 21 przezroczystych rurek intubacyjnych wykonanych z termoplastycznego PCW spełniających pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 51:**

W związku z tym, że nie istnieje rurka spełniająca wszystkie wymogi określone w specyfikacji (tj. wykonane z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, z oznaczeniami rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta na baloniku kontrolnym) w rozmiarze 5,0 czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w poz. 1 przezroczystej rurki tracheostomijnej wykonanej z termoplastycznego PCW lub silikonowanego PCW z mankiem niskociśnieniowym i balonikiem kontrolnym wskazującym na stan mankieta zawierającym tylko oznaczenie średnicy rurki.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuścił rurki z silikonowanego PCV.

**Pytanie dot. zadania nr 51:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 – 7 przezroczystych rurek tracheostomijnych typu Blue Line Ultra o następujących parametrach: wykonanych z termoplastycznego PCW, w całości widocznych w RTG, z mankiem typu SoftSeal o potwierdzonej w badaniach klinicznych obniżonej przenikalności dla gazów anestetycznych, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na stan wypełnienia mankieta, posiadającym oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta, z samoblokującym się mandrynem posiadającym otwór na prowadnicę Seldingera oraz elastycznym, przezroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia długości i średnicy rurki, pakowanych sterylnie w sztywne opakowania typu blister?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

Lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor