



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 13 listopada 2008 r.

AZP 3320/82/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wskaźników do kontroli sterylizacji. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 taśmy bez wskaźnika o długości 50 metrów na rolce ? Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o określenie sposobu przeliczenia ceny jeśli jest to konieczne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 6 taśmy bez wskaźnika chemicznego o długości 50 metrów na rolce pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości sztuk rolek do wymaganej ilości metrów taśmy wynikającej z mnożenia ilości sztuk przez długość taśmy – 55 metrów z zaokrągleniem ilości do jednej sztuki rolki zgodnie z zasadą wynikającą z matematyki.

Z- ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec