



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 27 listopada 2008 r.



AZP 3320/83/ /08



Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonania oznaczeń gazometrii, elektrolitów, glukozy wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników chemicznych do analizatorów AVL 995-S i AVL 988-4. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

1. Czy wymagane analizatory mają być objęte bezpłatną gwarancją serwisową przez cały okres dzierżawy ? (dot. zadania nr 1, 2, 3 4).

Wyjaśnienie:

Tak, wynika to z treści SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o udzieleniu pełnej gwarancji na wypożyczone analizatory na cały okres umowy – str. 8 SIWZ pkt. 7 . Wzór umowy nr 2 również odnosi się do tej kwestii w § 3 są zapisy „Sprzedający udzieli gwarancji jakości na dostarczony w ramach dzierżawy analizator model..... produkcji na okres obowiązywania umowy” i „Wszelkie czynności związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Sprzedający będzie wykonywał na własny koszt.”

2. Czy Zamawiający wymaga oficjalnego zaświadczenia oferenta aparatu o udzielonej gwarancji na elektrody, sensory, odczynniki i materiały eksploatacyjne oraz podanie wymaganych ilości asortymentu dla ilości badań wykonywanych przez Zamawiającego w oparciu o udzieloną pisemnie gwarancję ? (dot. zadania nr 1, 2, 3,4) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wszystkich elektrod i części zużywalnych fabrycznie nowych z podaniem okresu gwarancji, oraz podaniem ilości elektrod, części zużywalnych i odczynników potrzebnych do wykonania badań określonych w specyfikacji. Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być wycenione i ujęte w ofercie cenowej.

3. Czy Zamawiający wymaga menu analizatorów w języku polskim ? (dot. zadania nr 1,2, 3, 4)?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga menu w języku polskim.

4. Czy Zamawiający planuje wykonywanie pomiaru poziomu mleczanów (dot. zadania nr 3) ?

Wyjaśnienie: Nie, Zamawiający nie planuje wykonywania mleczanów.

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów z zamkniętymi płynami kalibracyjnymi, bez wykorzystania butli zewnętrznych (dot. zadania nr 1, 2, 3, 4)

Wyjaśnienie: Zamawiający nie określa sposobu kalibracji aparatu.

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora bez pomiaru pAtm (dot. zadania nr 4) ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuści analizator bez pomiaru pAtm.

7. Czy Zamawiający w zadaniach 2 i 3 poprzez wymóg możliwości podłączenia analizatora do sieci szpitalnej rozumie konieczność posiadania przez analizator oprogramowania pozwalającego na zdalną kontrolę i zarządzanie aparatem podłączonym do sieci szpitalnej przez personel Laboratorium ?

Wyjaśnienie: Przez podłączenie do sieci szpitalnej Zamawiający rozumie możliwość dwukierunkowej transmisji danych.

8. Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością akceptacji jednej objętości próbki ? (dot. zadania nr 4)

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuści analizator z możliwością akceptacji jednej objętości próbki.

9. Dotyczące przedmiotu zamówienia: zakresu Zadanie Nr 1, 2, 3, 4; Czy w przypadku kiedy ilość testów nie pokrywa się z oferowanym pełnym opakowaniem odczynnika Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił ilość opakowań odczynnika wynikającą z przeliczenia i zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań.

10. Dotyczy projektu umowy – wzór 2: Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej:

Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań, w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany / udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian w umowie w zakresie: sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań. W pozostałym zakresie zmiany są dopuszczalne.

11. Dotyczy zadania 1, 2, 3. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym hematokryt jest parametrem wyliczanym ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza analizator, w którym jest hematokryt parametrem wyliczanym lub mierzonym w zadaniu nr 1.

Lek. med. Marek Lipiec
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa