



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 25 listopada 2008 r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP 3320/88/ /08

-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

1. Dot. pkt. 24 Opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający określił wymóg posiadania przez aparat M-mode i Color M-mode, czy w związku z powyższym oferowany aparat powinien posiadać w wyposażeniu też funkcję Anatomiczny M-mode dla obrazów na żywo i zamrożonych ?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia..

2. Dot. pkt. 48 Opisu przedmiotu zamówienia – Czy prezentacja jednoczasowa w rzutach na trzy płaszczyzny X, Y, Z z głowicy obrazującej przestrzeń nie wyspecyfikowanej w SIWZ powinna obejmować obrazowanie 2D, Kolor doppler, Doppler Tkankowy Kolorowy?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia..

3. Dot. pkt. 53 Opisu przedmiotu zamówienia – Prosimy o wyjaśnienie zapisu niniejszego punktu: jakie techniki obrazowania Zamawiający ma na myśli „...przy pomocy technik niezależnych od Dopplera tkankowego” ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga śledzenia odkształceń przy pomocy stałych zakłóceń na obrazie ultrasonograficznym nie poddanym obróbce. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technik specyficznych dla producenta, nie dopplerowskich.

4. Dot. pkt. 54 Opisu przedmiotu zamówienia – W niniejszym punkcie Zamawiający opisuje prezentacje różnych rodzajów odkształceń, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy zaoferowanie aparatu z odkształceniami, takimi jak odkształcenie podłużne, radialne, okrężne i rotacji lewej komory (torsion) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ? Zaproponowane prezentacje są typowymi określeniami rodzajów odkształceń stosowanymi w kardiologii.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –  
Postępowanie AZP 3320/88/08 – wyjaśnienie  
treści SIWZ

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Dot. § 9 pkt. 6 Projekt umowy – W przypadku uszkodzenia, awarii aparatów oferowanych przez naszą firmę wymieniane są całe podzespoły lub części aparatu na nowe. W związku z trudną interpretacją niniejszego punktu projektu umowy zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu dotyczącego ilości napraw w okresie gwarancyjnym kwalifikującym do wymiany urządzenie na nowe w okresie gwarancji o zapis – „3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu”.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie wynikające z działania sił wyższych, uszkodzenia wynikające z nieprawidłowych parametrów zasilania, uszkodzenia wynikające z eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi sprzętu i uszkodzenia wynikające z prób napraw przez osoby trzecie (nieuprawnione) nie są objęte gwarancją, zgodnie z zapisem art. 577 §1 KC?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający w SIWZ na str. 11 i 12 w pkt. 4 informował, iż oferta musi zawierać informację na temat warunków gwarancji z uwzględnieniem wymaganych danych, m.in. wymagane są dane na temat liczby napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe i dane na temat przyczyn utraty prawa do gwarancji. To Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie warunków gwarancji, które w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy będą dla Zamawiającego wiążące.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Lek. med. Andrzej Mielcarek