



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 23 grudnia 2008r.



tel. centrala
084 677 3333

tel. sekretariat
084 677 3300

fax
084 638 6669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/93/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań bakteriologicznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inaczej konfekcjonowanego zestawu do barwienia metodą Grama tj. 4x250 ml?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie inaczej konfekcjonowanego zestawu do barwienia metodą Grama tj: 4x250 ml

Pytanie:

Pozycje: Standard Mc Farlanda 7 roztworów wzorcowych oraz Standard do kalibracji densytometru firmy BioMerieux – densytometr są to charakterystyczne produkty firmy BioMerieux i są niedostępne dla innych Oferentów czyli obecna konstrukcja zadania wskazuje na 1 Oferenta – firmę BioMerieux. Taka konstrukcja zadania jest dla szpitala niekorzystna ze względów finansowych ponieważ stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji – narusza paragraf 29 ust. 2 i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych paragraf 7 ust. 1. Z tych względów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż pismem znak AZP 3320/93/11603/08 z dnia 18 grudnia 2008r wyraził zgodę na wydzielenie z przedmiotu zamówienia „Standardu do kalibracji densytometru firmy Bio Merieux – densytometr Densimat” tworząc oddzielne zadanie. Przedmiot zamówienia po wyżej wymienionej zmianie przedstawia się następująco: zadanie nr 1 - obejmuje wszystkie odczynniki do badań bakteriologicznych wymienionych w SIWZ bez „Standardu do kalibracji densytometru firmy Bio Merieux – densytometr Densimat”, zadanie nr 2 - obejmuje Standard do kalibracji densytometru firmy Bio Merieux – densytometr Densimat – 2 zestawy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z przedmiotu zamówienia Standardu Mc Farlanda 7 do oddzielnego pakietu.

Pytanie:

Pozycje: Suspension medium 5 ml i Suspension medium 2 ml są odczynnikami potrzebnymi do identyfikacji drobnoustrojów testami firmy BioMerieux. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co należy wpisać w w/w pozycjach jeśli Oferent oferuje system identyfikacji nie wymagający tych konkretnych odczynników ze względu na innego producenta systemu? Czy Zamawiający zgodzi się by w tych pozycjach napisać „nie dotyczy”

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymienione odczynniki są używane do sporządzenia zawiesiny bakterii do wykonania antybiogramu.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów Test IF do identyfikacji Chlamydia które zawierają zarówno test jak i kontrolę i zgodzi się w takiej sytuacji na brak wyceny w następnej pozycji i wpisanie „wycena dokonana w pozycji Test IF do identyfikacji Chlamydia” jeśli oferent spełni wymagania Zamawiającego co do ilości testów i kontroli.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Marek Lipiec