



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 11 grudnia 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/94/ /08

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie dot. zadania 2 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworem centralnym i dwoma bocznymi ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 12 pozycja 1 - 8:**

Czy Zamawiający dopuści rurki z medycznego PCV nie silikonowane ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 13 pozycja 1 - 12:**

Czy Zamawiający dopuści rurki z medycznego PCV nie silikonowane ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 14 pozycja 3:**

Ze względu na fakt, że każdy producent sam ustala przypisanie rozmiaru do odpowiedniej długości rurki prosimy o dopuszczenie następujących rozmiarów rurek: Rozmiar 2/80 mm lub rozmiar 3/90 mm.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza rozmiar 3/90 mm.

**Pytanie dot. zadania 14 pozycja 4:**

Ze względu na fakt, że każdy producent sam ustala przypisanie rozmiaru do odpowiedniej długości rurki prosimy o dopuszczenie następujących rozmiarów rurek: Rozmiar 3/90 mm lub rozmiar 4/100 mm.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza rozmiar 4/100 mm.

**Pytanie dot. zadania 22 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści mieszek o poj. 150 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 16:**

Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 16 poz. 3 i 4 (złącza do podawania kontrastu kompatybilne ze wstrzykiwaczem automatycznym NEMOTO DUAL SHOT) i

umożliwi oferentom złożenie ważnych ofert w zadaniu nr 16 poz.1 i 2 oraz nr 16A poz. 3 i 4 ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 16. **Zmiana polega na wyłączeniu z zadania nr 16 pozycji 3 i 4 i utworzeniu z nich odrębnego zadania nr 23.**

**Po dokonanej zmianie zadanie nr 16 obejmuje pozycję 1 i pozycję 2 dotychczasowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zadaniu.**

**Aktualnie wymagana kwota wadium dla zadania 16 wynosi 220,00 złotych.**

Opis przedmiotu zamówienia w **zadaniu nr 23** posiada brzmienie:

1. Złącze do podawania kontrastu 1,5 m, kształt Y, jednorazowego użytku, sterylne PSI min. 30. Kompatybilne z wstrzykiwaczem automatycznym NEMOTO DUAL SHOT – **1 200 sztuk.**
2. Złącze do podawania kontrastu 20 cm, sterylne PSI min. 30. Kompatybilne z wstrzykiwaczem automatycznym NEMOTO DUAL SHOT – **1 200 sztuk.**

Wysokość **wadium dla zadania nr 23** wynosi **200,00 złotych.**

**Wniosek - § 2 ust. 6 i 7 wzoru umowy:**

Ewentualne reklamacje jakościowe sprzętu medycznego (filtry i koce do ogrzewania pacjenta) wiążą się ze szczególnymi procedurami do których zobowiązany jest producent w/w materiałów stosownymi przepisami. W związku z tym prosimy Zamawiającego o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin,
- wad jakościowych w ciągu 14 dni”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**Wniosek - § 6 ust. 2 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z jego winy, należą się Kupującemu od Sprzedającego kary umowne w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**Wniosek - § 10:**

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „Jednak zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 20% wartości umowy”.

**Wyjaśnienie:**

Treść § 10 wzoru umowy uzupełnia się o zapis: „Jednak zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 20% wartości umowy.”

**Pytanie dot. stawki VAT:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości podatku VAT ?

**Wyjaśnienie:**

W przypadku zmiany stawki podatku VAT mogą ulec zmianie ceny jednostkowe netto i łączne ceny netto za przedmiot umowy. Ceny brutto nie ulegną zmianie.

**Wniosek dot. § 2 pkt. 8 wzoru umowy:**

Jest zapis: „Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 1% wartości wadliwej partii towaru za każdy dzień spóźnienia w odbiorze wadliwego towaru lub dostawie towaru wolnego od wad.” Wnosimy o zmianę w/w kar umownych do wysokości 0,1 %.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**Wniosek dot. wzoru umowy:**

Jest zapis: „Wolny od wad przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Kupującemu przez Sprzedającego w ciągu 3 dni licząc od terminu odbioru wadliwej partii dostawy”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu wymiany wadliwego towaru do 5 dni.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

**Pytania dot. zadania nr 2 poz. 1-9:**

1. Czy powierzchnia cewników do odsysania ma być zmrożona, co zapobiega przywieraniu cewnika do powierzchni rurki intubacyjnej podczas odsysania ?
2. Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

**Wyjaśnienia do pkt.1, 2:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 2 poz. 10 -12:**

Czy na opakowaniu cewników do karmienia ma być informacja nadrukowana przez producenta o braku ftalanów ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytania dot. zadania nr 3 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania filtra mechanicznego cechującego się skutecznością nawilżania minimum 31,5 mgH<sub>2</sub>O/l przy V<sub>t</sub> = 500 ml, tj. wyższej niż określona przez ISO skuteczności na poziomie 30 mgH<sub>2</sub>O/l dla nawilżania aktywnego.
2. Czy filtr ma być klasy HEPA 13 ?

**Wyjaśnienia do pkt. 1, 2:**

Wymagane parametry filtra zostały podane w SIWZ.

**Pytania dot. zadania nr 11 poz. 1:**

1. Czy poprzez określenie „z zaworem zatraskowym” Zamawiający ma na myśli zawór kulowo – suwakowy ?
2. Czy Zamawiający ma na myśli rampę 5-cio drożną z zaworami zatraskowymi zapobiegającymi wstęcznemu wypływowi krwi redukując ryzyko rozwoju zatoru powietrznego zabezpieczoną koreczkami Luer – Lock ?

**Wyjaśnienie do pkt. 1, 2:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytania dot. zadania nr 17 poz. 2:**

Czy Zamawiający wymaga aby worek do zbiórki moczu posiadał port do pobierania próbek ?

**Wyjaśnienie:**

Wymagania odnośnie worka zostały określone w SIWZ i są wiążące.

**Pytania dot. zadania nr 17 poz. 6:**

1. Czy Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem, że skuteczne zabezpieczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu w kierunku pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego? Jeśli tak, to czy w takim razie zamawiający będzie wymagał aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu uniemożliwia cofanie zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania worka do godzinowej zbiórki moczu wyposażonego w dren o długości 110 cm.

**Wyjaśnienia do pkt. 1, 2:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 12 poz. 1 - 8:**

Czy rurka intubacyjna ma posiadać znacznik głębokości nad mankietem wokół rurki w postaci grubego ringu o szerokości 1 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wymagania zostały określone w SIWZ i są wiążące.

**Wniosek:**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu treści: „Zamawiający będzie zamawiał towar w pełnych oryginalnych opakowaniach handlowych”.

**Wyjaśnienie:**

Ilość przedmiotu zamówienia w większości zadań została określona w SIWZ w sztukach. W nielicznych przypadkach określenia ilości przedmiotu zamówienia w opakowaniach wskazano również ilość sztuk w opakowaniu. Ilość sztuk w opakowaniu, której nie podano dla zadań nr 7 i nr 8 precyzujemy niniejszym pismem – w obydwu zadaniach opakowanie winno zawierać 10 sztuk odpowiednich noży. W sposobie obliczania ceny (sporządzenia oferty cenowej) zostało użyte określenie „jednostka miary”, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia oferty zawierającej określoną ilość opakowań z określoną ilością sztuk w opakowaniu, którymi dysponuje dany wykonawca - z zachowaniem ogólnej ilości przedmiotu zamówienia określonej w SIWZ. Tak sformułowane zapisy w SIWZ pozwalają zachować wykonawcom swobodę w kształtowaniu treści oferty pod względem konfekcjonowania przedmiotu zamówienia a zamawiającemu składanie zamówień odpowiadających wielkościom opakowań handlowych określonych w ofercie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 i § 2 ust. 8 wzoru umowy:

§ 6 ust. 1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.

§ 2 ust. 8. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości wadliwej partii towaru za każdy dzień spóźnienia w odbiorze wadliwego towaru lub dostawie towaru wolnego od wad jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwej partii towaru.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość cesji

wierzytelności, jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”

**Wyjaśnienie:**

Nie. Obowiązują zapisy wzoru umowy załączonego do SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

**Wyjaśnienie:**

W przypadku zmiany stawki podatku VAT mogą ulec zmianie ceny jednostkowe netto i łączne ceny netto za przedmiot umowy. Ceny brutto nie ulegną zmianie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust.2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy” ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisu w § 10: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu będącego treścią pakietów niniejszej specyfikacji, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości umowy.

**Wyjaśnienie:**

Jak wyjaśniono wcześniej treść § 10 wzoru umowy uzupełnia się o zapis: „Jednak zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 20% wartości umowy.”

**Pytanie:**

Zwracamy się z zapytaniem, czy zakaz powierzania osobom trzecim dotyczy również transportu (zapis w § 5 projektu umowy).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku, stosownie do zapisu w pkt. 5 formularza Oferta Wykonawcy załączonego do SIWZ, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w ofercie stosownego oświadczenia wskazującego podwykonawcę i część zamówienia powierzonego podwykonawcy do realizacji.

Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku wątpliwości dot. oferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia próbek oferowanych wyrobów medycznych w celu oceny (porównania) ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec