



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 03 kwietnia 2009r.

AZP.3320/13/ /09



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do morfologii wraz z dzierżawą dwóch równorzędnych analizatorów hematologicznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie:

Zamawiający w SIWZ wpisał ilości oznaczeń oraz ilość probówek na okres jednego roku. Jednocześnie Zamawiający określa termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2009r, z trzytygodniowym terminem dostawy analizatorów od daty zawarcia Umowy. Trudno jest w tym momencie przewidzieć datę podpisania Umowy, a jednocześnie określić okres trwania kontraktu, co niesie za sobą niemożliwą precyzyjną kalkulację oferty, ze względu na nieznaną ilość wykonywanych badań w tym okresie. Prosimy o sprecyzowanie ilości badań jakie mają być ujęte do kalkulacji oferty lub o zmianę zapisu dotyczącego terminu realizacji zamówienia do 31 grudnia 2009r na termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy.

Wyjaśnienie:

Termin realizacji zamówienia określony w SIWZ jest wiążący. Dostawa odczynników probówek i kontroli do 31 grudnia 2009r, dostarczenie wydzierżawionych dwóch analizatorów hematologicznych nastąpi w ciągu trzech tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Ilości przedmiotu zamówienia zostały określone tak by zabezpieczały potrzeby Szpitala do 31 grudnia 2009r i są wiążące. Tylko w 1 pozycji ilość morfologii – 51 000 oznaczeń omyłkowo wpisano, że jest to ilość morfologii rocznie. Obowiązujący zapis to 1. „, Ilość morfologii – 51 000 oznaczeń w tym 98% 5 Diff (na dwa aparaty)

Pytanie:

Zamawiający wymaga aby dostawy odczynników odbywały się w terminie dwóch dni roboczych od momentu pisemnego zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę krwi kontrolnej w oparciu o ustalony harmonogram dostaw lub zamówienia będące z dwumiesięcznym wyprzedzeniem? Krew kontrolna jest bardzo specyficznym materiałem kontrolnym o krótkim terminie ważności, produkowanym w miesięcznych cyklach pod konkretne zapotrzebowanie klientów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krwi kontrolnej w oparciu o ustalony harmonogram dostaw.

Pytanie:

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej:

Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

- Numeru katalogowego produktu
- Nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- Sposobu konfekcjonowania
- Liczby opakowań
- wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:
 - Wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony.
 - Wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
 - Zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego
 - Nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego
 - Zaistnieje konieczność wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań

W związku z powyższym § 9 wzoru umowy integralnej części SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego”.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec