



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 06 kwietnia 2009r.



AZP.3320/13/ /09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do morfologii wraz z dzierżawą dwóch równorzędnych analizatorów hematologicznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.



Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu o objętości próbki badanej max. 150 ul w systemie ręcznego podawania próbki?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.



Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, posiadającego tryb oceny dojrzałości retikulocytów (z uwzględnieniem ich objętości), ale nie wyliczającego współczynnikiem średniej objętości retikulocyta?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu pracującego w trybie CBC-DIFF i trybie RET w związku z tym, że Zamawiający planuje wykonywać w zakładanym okresie jedynie 2% analiz CBC?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 szt. analizatorów hematologicznych, równorzędnych, w których oznaczenie morfologii krwi z palca wykonywane jest w trybie manualnym podawania mikroprobówek?

Wyjaśnienie:

SIWZ w pkt. 8 „Parametry techniczne analizatora hematologicznego 5 DIFF” dopuszcza tryb ręcznego (manualnego) podawania próbki, więc Zamawiający dopuszcza oznaczanie krwi z palca w trybie manualnym.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec