



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 23 marca 2009r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/18/ /09

.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę preparatu wiskoelastycznego dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Wniosek dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:

Mając na uwadze art.144 ust.1 ustawy Pzp zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmianę umowy w następującym zakresie: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmiany cen brutto po zmianie stawki VAT”

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, iż zapisy zawarte we wzorze umowy – integralnej części SIWZ są wiążące.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 1 hialuronianu sodu o stężeniu 1,4%, lepkości przy zerowej prędkości ścinania 426 000 mPa.s, masie cząsteczkowej 2,7 mln Daltonów, osmolarności 299 mOsmol/l, objętości 1 ml i pH 7,4 ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o masie cząsteczkowej: 1,5 mln Daltonów przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek