



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 16 stycznia 2009 r.



AZP 3320/ 2/ /09



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie:

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 33 poz. 8 do odrębnego pakietu?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji asortymentowych nie ulega zmianie.

Pytanie:

Czy w zadaniu 33 pozycja 1 Zamawiający dopuści szew 10/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł. 6 mm i średnicy 0,14 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na szew 10/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł. 6 mm i średnicy 0,14 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Czy w zadaniu 33 pozycja 2 Zamawiający dopuści szew 7/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł 6,5 mm i średnicy 0,20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na szew 7/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł 6,5 mm i średnicy 0,20 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Czy w zadaniu 33 pozycja 3 Zamawiający dopuści szew 6/0 z igłami odwrotnie tnącymi o dł. 11,0 mm i średnicy 0,33 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na szew 6/0 z igłami odwrotnie tnącymi o dł. 11,0 mm i średnicy 0,33 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Czy w zadaniu 33 pozycja 4 Zamawiający dopuści szew 6/0 z 1 igłą odwrotnie tnącą o dł 11,0 mm i średnicy 0,33 mm, pozostałe parametry bez zmian?

lub szew o długości 60 cm, z igłą okrągłą o dł. 14,00 mm i średnicy 0,38 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na szew 6/0 z 1 igłą odwrotnie tnącą o dł. 11,0 mm i średnicy 0,33 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Czy w zadaniu 33 pozycja 5 Zamawiający dopuści szew 5/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł 8,0 mm i średnicy 0,33 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na szew 5/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł 8,0 mm i średnicy 0,33 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Czy w zadaniu 33 pozycja 6 Zamawiający dopuści szew 4/0 z okrągłą igłą o dł 13,0 mm i średnicy 0,38 mm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na szew 4/0 z okrągłą igłą o dł 13,0 mm i średnicy 0,38 mm pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Czy w zadaniu 33 pozycja 7 Zamawiający dopuści szew 4/0 o długości 50 cm, z 2 igłami odwrotnie tnącymi o dł 13,00 mm i średnicy 0,43 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na szew 4/0 o długości 50 cm, z 2 igłami odwrotnie tnącymi o dł 13,00 mm i średnicy 0,43 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Dot. zapisów SIWZ rozdział II pkt. „, Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta” pkt. 3 i 6 czy w miejsce opisu oferowanego materiału szewnego oraz kopii stron katalogowych Zamawiający dopuści katalog wykonawcy zawierający szczegółowe parametry oferowanego materiału szewnego – opracowany na podstawie oryginalnych katalogów producenta.

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie:

Dot. Zapisów SIWZ rozdział II pkt.: „, warunki udziału w postępowaniu: wykaz dostaw”
Czy dla zadania nr 33 Zamawiający dopuści przedstawienie referencji potwierdzających należyte wykonanie dostaw nici okulistycznych bez wyszczególnienia poszczególnych rodzajów szwów.

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 18

Systemy do operacji przepony moczowo-płuciowej w zabiegach ginekologicznych.
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 3 i wydzielenie odrębnego pakietu.

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji asortymentowych nie ulega zmianie.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec