



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 lutego 2009 r.



AZP 3320/2/ /09



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie:

dot. Zadania 1, poz. nr. 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę o długości 36 mm i nić o długości 90 cm. Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. Zadania 1, poz. nr. 3

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę o długości 36 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. Zadania 1, poz. nr. 4

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę o długości 36 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. Zadania 1, poz. nr. 6

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 26 mm i nić o długości 70 cm. Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. Zadania 1, poz. nr. 7

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę o długości 31 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

dot. Zadania 1, poz. nr. 8

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę o długości 31 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 2, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o parametrach podanych w SIWZ z igłą o wielkości 65 mm. Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 nić syntetyczną jednowłóknową wchłaniającą z polidiodksanonu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Dot. Zadania 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 nić syntetyczną plecioną wchłaniającą jednobarwną powlekaną z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Dot. Zadania 5, poz. Nr. 9

Wyjaśnienie:

Nie podano treści pytania

Pytanie:

Dot. Zadania 6, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę o długości 55 mm? Pozostałe parametry nici i igły odpowiadają w pełni wymogom specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6, poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o parametrach podanych w SIWZ z igłą o wielkości 40 mm. Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. zadania 6 poz. Nr 10

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 90 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6, poz. Nr 11

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 90 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6, poz. Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 180 cm? Pozostałe parametry nici w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6, poz. Nr 14

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 180 cm? Pozostałe parametry nici w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6, poz. Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 2 x 70 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6, poz. Nr 16

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 2 x 70 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6 poz. Nr 17

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 6 x 45 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 6 poz. Nr 19

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 6 x 45 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 8 poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę konwencjonalnie tnącą? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 8 poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji nić o długości 100 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 8 poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 36,4mm? Pozostałe parametry nici w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 8 poz. Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 3/8 koła 20 mm? Pozostałe parametry nici w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 8 poz. Nr 10

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 13 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 31

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z pakietu 31 części B i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 6,5 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 8 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 11 mm? Pozostałe parametry nici i igły odpowiadają w pełni wymogom specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 15 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 8 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 13 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 13 mm? Pozostałe parametry nici i igły odpowiadają w pełni wymogom specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 33 poz. Nr 8

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 60 mm i nić o długości 75 cm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 34 poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 6,5 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 34 poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 6,5mm? Pozostałe parametry nici i igły odpowiadają w pełni wymogom specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. Zadania 34 poz. Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę 8 mm? Pozostałe parametry nici i igły w pełni odpowiadają wymogom SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 1 również szwy zbudowane z kwasu poliglikolowego, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 1 tolerancję wielkości igły +/- 1 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza tolerancję tylko + 1 mm.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 1 również długość nici 90 cm wszędzie tam, gdzie wielkość igły przekracza 35 mm.

Wyjaśnienie :

Tak

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 3 również nici zbudowane z POLIDIOXANONU, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w zadaniu nr 3 tolerancję długości nici +/- 5 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w zadaniu nr 4 również nici powlekane polikaprolaktonem, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 4 tolerancję wielkości igły +/- 1 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza tolerancję tylko + 1 mm.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 4 poz. 1 i 3 również długość nici 90 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 4 poz. 5 i 6 również długość nici 75 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję wyłączy lub wykreśli z zadania nr 8 poz. 9, 10 i utworzy z nich odrębne zadanie?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Zadaniu nr 8 poz. 2 również nić o długości 90 cm, reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w zadaniu nr 8 poz. 6 również igłę o długości 20 mm – reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w zadaniu nr 28 równoznacznie do stwierdzenia „igła tnąca” stwierdzenie „igła odwrotnie tnąca”?

Wyjaśnienie:

Tak

lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa