



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMENIA
PIERŚCIA

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 18 sierpnia 2009 r.

AZP.3320/ 31/ /09

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienie:

Pytanie

Dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu chromowo kobaltowego o ciśnieniu nominalnym 10 bar (9,87 atmosfer) dla 2,75 – 5,0 mm oraz RBP 16 bar (15,78 atmosfer)? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie

Dotyczy zadania 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu chromowo kobaltowego o ciśnieniu nominalnym 10 bar (9,87 atmosfer) dla 2,75 – 5,0 mm oraz RBP 16 bar (15,78 atmosfer)? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie

Dotyczy zadania 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o ciśnieniu RBP równym 14 atmosfer? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie

Dotyczy zadania 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o ciśnieniu RBP

równym 14 atmosfer oraz posiadającym shaft dystalny 2,4 F (dla \varnothing 1.25, 1.5 mm), 2,5 F (\varnothing 2.0 – 3.5 mm), 2,6 F (dla \varnothing 4.0 mm)? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie

Dotyczy zadania 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonu tnącego z ostrzem w postaci oplotu nitilowego ułatwiającego przejście przez zmiany oraz pozycjonowanie oraz średnicach 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek