



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 4 września 2009 r.



AZP 3320/ 31/ / 09

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 7 stenty kobaltowo – chromowe o długościach mieszczących się w wymaganym zakresie tj.: 8, 12, 15, 18, 23 i 28 mm?

### **Wyjaśnienie:**

Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 12 stenty uwalniające leki o długościach mieszczących się w wymaganym zakresie tj.: 8, 12, 15, 18, 23 i 28 mm?

### **Wyjaśnienie:**

Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 13 stenty uwalniające leki o długościach mieszczących się w wymaganym zakresie tj.: 8, 12, 15, 18, 23 i 28 mm, których bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu została wielokrotnie potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych (SPIRIT) z 6, 12, 24, 36 i 48 miesięczną obserwacją (wyniki badań z obserwacją 6, 12 i 24 miesięczną obserwacją publikowane w EuroIntervention, Circulation i Jama, wyniki 36 i 48 miesięczne prezentowane na PCR 2007 i 2008 oraz ACC 2009)?

### **Wyjaśnienie:**

Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie wykazu dostaw odpowiadających wartością i rodzajem (dostawy wyrobów medycznych, sukcesywne, do jednostek służby zdrowia) ale nie takich samych jak przedmiot zamówienia?

### **Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

### **Pytanie:**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie treści SIWZ AZP.3320/31/09

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści stenty uwalniające leki do zmian prostych o długości 8, 12, 15, 18, 23, 28 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie:**

Zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na stenty na balonie chromowo – kobaltowe o długościach w zakresie: 9 – 27 mm i RBP równym 16 bar, przy spełnieniu pozostałych parametrów?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie:**

Pytanie 1 dotyczy:

Dokumentów wymaganych celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 3.

Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2008 rok (ostatni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za 2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Czy zamawiający zgodzi się na przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2008 rok i odstąpi od konieczności złożenia opinii biegłego rewidenta za rok 2008, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 - stenty na balonie chromowo – kobaltowe – dopuści stenty kobaltowo – chromowe o ciśnieniu nominalnym 10 atm oraz ciśnieniu RBP 15 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 – Pakiet do CTO – dopuści próbki cewnika balonowego w rozmiarze 1,25/ 20 mm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek