

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  
UL. ALEJE JANA PAWŁA 10  
22 – 400 ZAMOŚĆ  
tel.: (084) 677 33 33  
fax: (084) 638 66 69  
strona internetowa [www.szpital.zamosc.tpnet.pl](http://www.szpital.zamosc.tpnet.pl)

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
dot. przetargu nieograniczonego  
na dostawę sprzętu endoskopowego  
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.

Zamość, dnia 3 lipca 2009 r.

**O F E R T A W Y K O N A W C Y**  
**na dostawę sprzętu endoskopowego**  
**dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego**  
**im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

**Samodzielny Publiczny**  
**Szpital Wojewódzki**  
**im. Papieża Jana Pawła II**  
**ul. Aleje Jana Pawła II 10**  
**22 – 400 Zamość**

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu .....

za cenę netto (bez podatku VAT) ..... zł.

słownie.....

..... zł.

plus podatek VAT ..... zł.

słownie.....

.....

Ogółem cena z podatkiem VAT ..... zł.

słownie .....

.....zł.

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

2. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi ..... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wadium w kwocie ..... zł. zostało wniesione w dniu .....  
w formie .....

6. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie – należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Oferta składa się z następujących dokumentów i informacji:

.....  
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## Instrukcja dla wykonawców

### I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu endoskopowego** dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).  
CPV – 33.10.00.00-1.

Poniżej podajemy dokładny opis przedmiotu zamówienia:

#### **Zadanie 1 – Szczypce biopsyjne wielorazowego użycia dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:**

Standardowe, łyżeczki owalne z igłą stabilizującą, długość od 180 cm do 195 cm - **5 szt.**

Standardowe, łyżeczki owalne z otworami i igłą stabilizującą, długość 230 cm - **10 szt.**

#### **Zadanie 2 – Narzędzia do zabezpieczenia krwawień dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:**

##### **1. Igły wielorazowego użycia:**

Długość od 1600 do 1650 mm, współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8 mm:

- metalowy ochronny mankiet,
- teflonowe igły z ostrzem o długości 4 mm, o świetle/ 23G (0,6 mm) z systemem twoway – stop ochraniający endoskop;

##### **Ilość - 4 komplety**

Długość 2300 mm, współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8 mm:

- metalowy ochronny mankiet,
- teflonowe igły z ostrzem długości 4 mm, o świetle 23G (0,6 mm) z systemem twoway – stop ochraniający endoskop;

##### **Ilość – 5 kompletów**

##### **2. Klipsownica do tamowania krwawień:**

Klipsownica wielorazowego użytku długość 230 cm, stożkowy system mocowania klipsa, obrotowa, pracująca w kanale 2,8 mm – **1 szt.**

Klipsy naczyniowe:

- Długość 6 mm o kącie rozwarcia 135 stopni, pakowane sterylne w pojedyncze kategorie - **40 szt.**
- Długość 8 mm o kącie rozwarcia 90 stopni, pakowane sterylne w pojedyncze kategorie - **40 szt.**

##### **3. Sondy do argonu:**

współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych min. 2,8 mm i kompatybilne z diatermią firmy Erbe:

- z prostym otworem sondy – **5 szt.**
- z bocznym otworem sondy – **2 szt.**

#### **4. Ligatory:**

Zestaw I – rękojeść z możliwością precyzyjnego uwalniania podwiązek, końcówka OPTI-VU typu Barrel, dająca duży kąt widzenia z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania – **w ilości 5 zestawów.**

Zestaw II – rękojeść z możliwością precyzyjnego uwalniania podwiązek, końcówka OPTI-VU typu Barrel, dająca duży kąt widzenia z sześcioma podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania – **w ilości 5 zestawów.**

#### **Zadanie 3 – Polipektomia dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:**

Pętla wielorazowa, obrotowa, kształt owalny śred. 30 mm, dł. 230 cm – **4 szt.**

Pętla wielorazowa, obrotowa, kształt owalny śred. 50 mm, dł. 230 cm – **4 szt.**

Pętla mała owalna, średnicy 10 mm, ze skalowanym uchwytem dł. 230 cm - **5 szt.**

Pętla mała owalna, średnicy 15 mm, ze skalowanym uchwytem dł. 230 cm - **5 szt.**

Pętla średnia owalna z dodatkowym oplotem druta, do mukozektomii, średnica 20 mm, dł. 230 cm - **2 szt.**

Wielorazowe narzędzie do podwiązywania polipów, zapewniające skuteczną hemostazę, wraz z uchwytem do tego narzędzia. Część główna zawiera korpus narzędzia (osłonka zwojowa i osłonka teflonowa) - **1 komplet.**

Zestaw pętli nylonowych o średnicy 30 mm – **1 opak. (10 szt.)**

#### **Zadanie 4 – Osprzęt dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:**

Koszyki Dormia – długość 195 cm, czteroramienny, wielorazowy, śred. kosza 22 mm, drut koszyka średnio twardy - **2 szt.**

Prowadnica – długość 480 cm, średnica 0.35 inch, koniec prosty z markerami widocznymi pod RTG - **2 szt.**

Szczoteczki wielorazowe do mycia endoskopów - **20 szt.**

#### **Zadanie 5 – Filtry do posiadanego przez Zamawiającego ssaka firmy Olympus KV4 - 8 opakowań (80 szt.) dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.**

#### **Zadanie 6 – Filtry Endo-jet do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia do płukania firmy Pauldrach Medical nr ser. 470694 dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:**

- powietrzny - **1 opakowanie**

- wodny – **1 opakowanie**

#### **Zadanie 7 – Lamy do źródła kompatybilne ze źródłem światła firmy Fujinon dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii - 15 szt.**

#### **Zadanie 8 – Sprzęt endoskopowy zabiegowy dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chirurgii:**

##### **1. Cewniki i narzędzie do zabiegów po resekcji typu BII:**

dł. 200 cm, średnicy 5,5 F, koniec ścięty średnicy 4,5 F z markerami widocznymi pod RTG, możliwość pracy z prowadnicą 0.35 inch - **2 szt.**

dł. 200 cm, średnicy 6,0 F, koniec ścięty 5,0 F z markerami widocznymi pod RTG, wejście do prowadnicy 0.35 inch - **2 szt.**

sfinkterotom do użycia u pacjentów po resekcji żołądka typu BII, średnica 5,0 F, do użycia z prowadnicą, koniec o średnicy 4 F, widoczny w RTG – **2 szt.**

## **2. Zestawy do protezowania:**

długość 208 cm, średnica 8,5 F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm widocznymi w aparacie RTG, prowadnica 0.35 inch, trwały nieodkształcalny popychacz - **10 szt.**

długość 208 cm, średnica 10,0 F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm, widoczny w aparacie RTG, trwały nieodkształcalny popychacz - **10 szt.**

długość 208 cm, średnica 11,5 F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm widoczny w aparacie RTG, prowadnica 0.35 inch, trwały nieodkształcalny popychacz - **10 szt.**

## **3. Balony do okluzji dróg żółciowych:**

długość 200 cm, o średnicy 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 8,5 mm, pojemności 1,5 cc, możliwością pracy z prowadnicą 0.35 inch – **10 szt.**

długość 200 cm, o średnicy 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 12 mm, pojemności 3,0 cc, możliwością pracy z prowadnicą 0.35 inch – **10 szt.**

długość 200 cm, o średnicy 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 15 mm, pojemności 0,4 cc, możliwością pracy z prowadnicą 0.35 inch – **10 szt.**

długość 200 cm, o średnicy 6,6 F, średnica balonu 12-15-18-20 mm, pojemności 5,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0.35 inch – **5 szt.**

## **4. Balon wysokociśnieniowy:**

do przełyku sprowadzający się do trzech pozycji: 17 mm, 19 mm, 20 mm na kanał roboczy 3,2 mm wypełniający się jedno czasowo z obu stron - **5 szt.**

do dróg żółciowych naprowadnik 0,035, cewnik dł.190 cm, minimalny kanał roboczy 3,2 mm, średnica balonu 4, 6, 8, 10 mm, dł. 4 cm - **5 szt.**

## **5. Prowadnice:**

długość 480 cm, średnica 0,18 inch, koniec prosty platynowy widoczny pod RTG – **5 szt.**

długość 480 cm, średnica 0,21 inch, koniec prosty platynowy widoczny pod RTG – **10 szt.**

długość 480 cm, średnica 0,35 inch, koniec prosty z markerami widoczny pod RTG – **12 szt.**

długość 480 cm, średnica 0,35 inch, koniec prosty z zakończeniem typu „Slip Coat” dł. 15 cm widoczny pod RTG – **12 szt.**

długość 480 cm, średnica 0,35 inch, koniec usztywniony prosty z markerami widoczny pod RTG – **12 szt.**

długość 480 cm, średnica 0,35 inch, koniec prosty 25 cm typu „Slip Coat” z platynowym markerem widocznym pod RTG – **12 szt.**

prowadnica zakończona pętelką 2 x 4 mm, długość 480 cm, widoczna pod RTG - **10 szt.**

## **6. Ligatory:**

rękojeść z możliwością precyzyjnego uwalniania podwiązek, końcówka typu OPTI-VU Barrel, dająca duży kąt widzenia z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania – **5 szt.**

rękojeść z możliwością precyzyjnego uwalniania podwiązek, przedostatnia gumka przezroczysta, końcówka OPTI-VU typu Barrel, dająca duży kąt widzenia z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania - **3 szt.**

sfinkterotom używany u pacjentów po resekcji żołądka typu BII - **3 szt.**

## **7. Zestawy do przezskórnej gastrostomii odżywczej:**

długość 150 cm, średnica 24 F

- prowadnica pętlowa
- cewnik stomijny widoczny pod RTG – przezroczysty
- środek znieczulający
- środek dezynfekcyjny
- skalpel
- igła punkcyjna
- igła do znieczulenia
- pierścień stabilizujący z pętlą zaciskającą
- końcówka dożywienia

#### **Ilość zestawów – 12**

kosz pełniący rolę litotryptora – rozmiar 2 x 4 na prowadnik, cewnik 8 FR dł. 208 cm - **4 szt.**

kosz pełniący rolę litotryptora – rozmiar 3 x 6 na prowadnik, cewnik 8 FR dł. 208 cm - **4 szt.**

koszyk do usuwania polipów – ośmiodrutowy monofilament, cewnik 7 FR, dł. 240 cm, rękojeść obrotowa: rozmiar 2 x 4 kanał roboczy 2,8 mm - **1 szt.**

koszyk do usuwania polipów – ośmiodrutowy monofilament, cewnik 7 FR, dł. 240 cm, rękojeść obrotowa: rozmiar 2 x 6 kanał roboczy 2,8 mm - **1 szt.**

#### **8. Zestaw do PTC:**

Zestaw do PTC: nitinolowy, prowadnik z rdzeniem, średnica 0,18 inch, dł. 60 cm, prowadnik dla cewnika 0,35 cala, dł. 100 cm. Promień końcówki 1,5 mm. Cewnik wprowadzający 6,3 FR, dł. 22 cm - **3 szt.**

Cewnik do drenażu żółciowego z pokryciem hydrofilnym i cieniodajna opaską rozmiar: 10,2 FR - akceptuje prowadnik 0,38 cala, dł. 40 cm, otwory boczne 32 - **3 szt.**

Cewnik do drenażu żółciowego z pokryciem hydrofilnym i cieniodajna opaską rozmiar: 12 FR - akceptuje prowadnik 0,38 cala, dł. 40 cm, otwory boczne 32 - **3 szt.**

Cewnik do drenażu z pokryciem hydrofilnym i zestawem wprowadzającym rozmiar 19, dł. 25 cm, rozmiar 8,5 FR - akceptuje prowadnik 0,38 cala, otwory boczne 5 - **3 szt.**

Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych wykrawany laserowo w kształcie walca przez to nie ulega skracaniu po obu stronach po cztery złote markery przeładowane w 7 F cewnik na minimalny kanał roboczy 2,8 mm. Posiada port do podania kontrastu 6, 8, 10 mm, dł. 4, 6, 8 cm i do użycia z prowadnikiem 0,035 mm - **6 szt.**

Stent nitinolowy do przetyku uwalniany z rękojeści pistoletem, możliwość poruszania się stentu w przód i w tył, repozycja, wymagane pt. 8, 10, 12,5 i 15 cm – **6 szt.**

Poszerzadła sztywne do dróg żółciowych, cewnik 8,5 i 10 FR, dł. 200 cm temperowany koniec dł. 4 cm na prowadniku 0,035 mm – **5 szt.**

Sfinkterotom igłowy na prowadnik 0,035 mm. Wysunięcie igły regulowane, cewnik 7 FR, dł. 200 cm. Minimalny kanał roboczy 4,2 mm - **2 szt.**

#### **Zadanie 9 - Sprzęt endoskopowy do badań dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chirurgii:**

##### **1. Sfinkterotomy:**

Światło trzykanałowe z możliwością pracy z prowadnicą 0,35 inch i jednoczesnym kontrastowaniem, koniec zakrzywiony o średnicy 4,5 F widoczny pod RTG, cięciwa dł. 20 mm, wielorazowy, nosek 3 mm - **10 szt.**

Światło trzykanałowe z możliwością pracy z prowadnicą 0,35 inch i jednoczesnym kontrastowaniem, koniec zakrzywiony o średnicy 4,5 F widoczny pod RTG, cięciwa dł. 30 mm, wielorazowy, nosek 3 mm - **10 szt.**

Światło trzykanałowe z możliwością pracy z przewodnicą 0,35 inch i jednoczesnym kontrastowaniem, koniec zakrzywiony o średnicy 4,5 F widoczny pod RTG, cięciwa dł. 20 mm, wielorazowy, nosek 7 mm - **10 szt.**

Światło trzykanałowe z możliwością pracy z przewodnicą 0,35 inch i jednoczesnym kontrastowaniem, końcówka ze znacznikami, zakrzywiona o średnicy 4,5 F, widoczna w RTG, cięciwa dł. 20 mm (pokrycie CleverCut proksymalnej części cięciwy), nosek zwężony 3 mm - **6 szt.**

Światło trzykanałowe, z możliwością pracy z przewodnicą 0,35 inch i jednoczesnym kontrastowaniem, końcówka ze znacznikami, zakrzywiona o średnicy 4,5 F, widoczna w RTG, cięciwa dł. 30 mm (pokrycie CleverCut proksymalnej części cięciwy), nosek zwężony 3 mm- **4 szt.**

Światło dwukanałowe o średnicy 6 Fr, kanał do podawania kontrastu i do przewodnicy 0,035 inch, końcówka ze znacznikami widoczna w RTG, cięciwa dł. 20 mm, nosek 15 mm – zwężony - **2 szt.**

## **2. Koszyki Dormia:**

Długość 195 cm, czteroramienny, średnica kosza 22 mm, możliwość pracy z przewodnicą 0,35 inch – **5 szt.**

Długość 195 cm, czteroramienny, średnica kosza 22 mm, możliwość rotacji ramion koszyka w drogach żółciowych - **5 szt.**

Długość 195 cm, czteroramienny, wielorazowy, średnica kosza 22 mm, drut koszyka miękki - **6 szt.**

Długość 195 cm, czteroramienny, wielorazowy, średnica kosza 22 mm, drut koszyka sztywny - **6 szt.**

Długość 195 cm, wielorazowy, kosz ośmioramienny, średnica kosza 20 mm, drut koszyka średnio twardy – **3 szt.**

## **3. Szczypce biopsyjne wielorazowe:**

Obrotowe z funkcją rotacji, standardowe, łyżeczki owalne z otworami i igłą stabilizującą, długość 155 cm - **3 szt.**

Standardowe, łyżeczki owalne z otworami i igłą stabilizującą, długość 195 cm - **4 szt.**

Standardowe, łyżeczki owalne z otworami i igłą stabilizującą, długość 230 cm - **5 szt.**

Do biopsji stycznej, łyżeczki wydłużone, owalne z otworami, „szczęki aligatora i zęb szczura”, ramiona uchylne, długość 155 cm – **3 szt.**

Do biopsji stycznej, łyżeczki wydłużone, owalne z otworami, „szczęki aligatora i zęb szczura”, ramiona uchylne, długość 230 cm – **5 szt.**

Szczypce współpracujące z duoendoskopem, do usuwania protez, ramiona typu “szczęki aligatora i zęb szczura", obrotowe, szerokość rozwarcia ramion 6,9 mm, długość 180 cm – **2 szt.**

## **4. Cewniki do wstecznej cholangiopankreatografii:**

Cewnik standardowy, wielorazowy, średnica platynowej końcówki 4 F, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,35 inch - **3 szt.**

Cewnik z krótkim ścięciem, wielorazowy, średnica końcówki 4,5 F, widoczny pod aparatem RTG współpracujący z przewodnicą 0,35 inch - **3 szt.**

Cewnik z ruchomą końcówką: pull/push (90°/30°), średnica 4 F, znaczniki widoczne pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,35 inch – **2 szt.**

Cewnik wielorazowy zakończony metalową kulką, znaczniki widoczne pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,35 inch - **3 szt.**

## **5. Klipsownice do tamowania krwawień:**

Klipsownica wielorazowego użytku długości 230 cm, stożkowy system mocowania klipsa, obrotowa, pracująca w kanale 2,8 mm - **1 szt.**

## **6. Klipsy naczyniowe:**



długości 6 mm o kącie rozwarcia 135 stopni, pakowane sterylnie w pojedyncze kartrige – **80 szt.**  
długości 8 mm o kącie rozwarcia 90 stopni, pakowane sterylnie w pojedyncze kartrige - **80 szt.**

#### **7. Pętelki zaciskowe:**

pętelki nylonowe zaciskowe średnica 30 mm - **20 szt.**

pętelki nylonowe zaciskowe średnica 20 mm - **10 szt.**

#### **Zadanie 10 – Dodatkowe akcesoria do Gastro – Kolono - Duodenoskopu firmy Olympus OES 40, EVIS 145, 165 dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chirurgii:**

- butelka na wodę – **2 szt.**

- zawory biopsyjne – **10 opakowań**

- zawory ssania - **5 szt.**

- zawory woda – powietrze – **5 szt.**

- zakrywki uszczelniające – **3 szt.**

- ustniki – **4 szt.**

- wielorazowe szczotki – **5 szt.**

- zakrywka z pływakiem KV-4 – **2 szt.**

- filtry do pompy ssącej KV-4 - **10 opakowań**

- filtry do pompy płuczącej OFP – **5 opakowań**

#### **Zadanie 11 – Protezy żółciowe dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chirurgii:**

Protezy o dużej elastyczności, o odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadają dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod RTG

##### **Rozmiar 8,5 F:**

dł. 5 cm – 25 szt.

dł. 7 cm – 25 szt.

dł. 9 cm – 25 szt.

dł. 12 cm – 25 szt.

dł. 15 cm – 25 szt.

##### **Rozmiar 12 F:**

dł. 5 cm – 25 szt.

dł. 7 cm – 25 szt.

dł. 9 cm – 25 szt.

dł. 12 cm – 25 szt.

##### **Rozmiar 10 F:**

dł. 5 cm – 25 szt.

dł. 7 cm – 25 szt.

dł. 9 cm – 25 szt.

dł. 12 cm – 25 szt.

dł. 15 cm – 25 szt.

##### **Rozmiar 7 F:**

dł. 5 cm – 25 szt.

dł. 7 cm – 25 szt.

dł. 9 cm – 25 szt.

Zamawiający informuje, że Centralna Sterylizatornia Zamawiającego wyposażona jest w sterylizatory parowe oraz sterylizator gazowy (czynnik sterylizujący: tlenek etylenu) firmy Getinge Poland.

##### **1. Sterylizacja parowa:**

w temp. 121°C czas 20 min. Ciśnienie 1,2 B

- w temp. 134°C czas 7 min. Ciśnienie 2,2 B
2. Sterylizacja gazowa (tlenek etylenu) – w temp. 55°C czas 1 godz. Ciśnienie 2,6 B

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając każdorazowo asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia na 7 dni wcześniej przed terminem dostawy. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

## **II. Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
1. Posiadają zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów),
2. Brak zastrzeżeń biegłego rewidenta, co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości (w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta).
3. Posiadają majątek obrotowy na poziomie nie niższym od wartości dostaw przypadających na jeden miesiąc w okresie realizacji zamówienia tj. 37 000,00 zł., bądź mają możliwość uzyskania środków finansowych na uzupełnienie tego poziomu.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1. muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – wartość zamówienia musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone w ofercie. Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami w związku z art. 44.
2. Dowód wniesienia wadium.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 1.

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2008 rok (ostatni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za 2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
2. Informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, **wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – wartość zamówienia musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wykaz musi zawierać informacje na temat wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. **Zamawiający wymaga przedstawienia realizacji minimum 3 dostaw.** Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należyтым wykonaniu np. w wykazie są wymienione 3 dostawy - powinny być 3 dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 4.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (informacja musi dotyczyć wszystkich wymienionych w dokumencie potwierdzającym status prawny wykonawcy członków władz) - **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 – 10 i ust. 2 pkt 1 – 4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

### **Pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:**

1. Formularz „oferta wykonawcy” sporządzony oddzielnie dla każdego zadania według wzoru na str. 2 - 3 SIWZ.

2. Oferta cenowa, oddzielnie dla każdego zadania, przygotowana w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 13 i 14, zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Charakterystyka techniczno-jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta i kraju pochodzenia. **Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat wymaganych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.**
4. Deklaracje wytwórcy (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych – deklaracja zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych.
5. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy – termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu „oferta wykonawcy” – wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że w przypadku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ ma zastosowanie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.**

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Upoważnienie (pełnomocnictwo) dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Może być ono przedstawione w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej). Kserokopie pozostałych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny – oferta cenowa: rodzaj asortymentu (nazwa wyrobu), nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji - bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji – z podatkiem VAT (łączna cena netto powiększona o VAT). Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen

łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

W przypadku gdy oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu endoskopowego, zadanie nr ..... **Nie otwierać przed 20 lipca 2009 r. godz. 13<sup>00</sup>**” oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

**Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2009 r. o godz. 12<sup>00</sup>.** Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony wykonawcy nie powoduje utraty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą lub nie przedłuży okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe nie wniesie nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **20 lipca 2009 r. o godz. 13<sup>00</sup>, pokój nr 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **IV. Warunki przeprowadzenia przetargu, w tym kryteria oceny.**

Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.  
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **4 700,00 złotych (cztery tysiące siedemset złotych)** za całość przedmiotu zamówienia.

Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

- Zadanie 1 – 200,00 zł,
- Zadanie 2 - 400,00 zł,
- Zadanie 3 - 150,00 zł,
- Zadanie 4 - 100,00 zł,
- Zadanie 5 - 50,00 zł,
- Zadanie 6 - 50,00 zł,
- Zadanie 7 - 50,00 zł,
- Zadanie 8 – 1 650,00 zł,
- Zadanie 9 - 1 350,00 zł,
- Zadanie 10 - 200,00 zł,
- Zadanie 11- 500,00 zł,

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku Kredyt Bank S.A. Zamość nr 55 1500 1807 1218 0003 8863 0000.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **20 lipca 2009 r. godz. 12<sup>00</sup>**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeżeli:

1. upłynął termin związania ofertą,
2. zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
3. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek wykonawcy:

1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2. który został wykluczony z postępowania
3. którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.



Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii lek. med. Ryszard Piasecki tel. 677 36 30, dla Oddziału Chirurgii dr n. med. Krzysztof Korneta tel. 677 35 30 - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, mgr Anna Kokoć – w sprawach formalno - prawnych tel. 677 32 81, pok. 215 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i na piśmie za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faksem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:

- **Cena - 100 %**

**Cena** - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia.

**Sposób obliczania punktów za kryterium ceny:** przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

**Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która w danym zadaniu uzyska największą liczbę punktów za kryterium oceny.**

Zamawiający zawrze umowę, w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie: zmiany osób upoważnionych do odbioru/ kontaktów oraz zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Wykonawca oraz inne osoby, o których mowa w ustawie, mają prawo wnieść protest do zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wcześniej uznaje się za jego oddalenie.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania, zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści również na stronie internetowej, na której jest udostępniona.

W przypadku przedmiotowego postępowania tj., postępowania o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia uzupełnień do treści zawieranej umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

### Umowa Nr .....

zawarta w dniu ..... r w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491; zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1. ....

a firmą ..... z siedzibą w ..... adres: ....., zarejestrowaną w ..... pod ....., NIP ..... zwaną w treści umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działa:

1. ....

2. ....

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ..... Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

#### § 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu endoskopowego o parametrach technicznych określonych w ofercie dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część:

#### § 2

1. Dostawy sprzętu endoskopowego będą się odbywały przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 7 dni wcześniej przed terminem dostawy. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godz. 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Trzykrotna reklamacja tego samego towaru upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w tym zakresie.

### § 3

1. Za dostawę sprzętu endoskopowego stosowane będą ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub określone w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości .....

..... słownie .....

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości .....

..... słownie .....

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

### § 4

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu ..... dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w .....

nr konta .....

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku, przez Kupującego, dokumentu „polecenie przelewu”.

### § 5

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

### § 6

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.
- w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### § 7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie: zmiany osób upoważnionych do odbioru/ kontaktów oraz zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.

§ 10

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. ....2009 r. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia ..... 2010 r.

§ 12

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

**SPRZEDAJĄCY :**

**KUPUJĄCY:**