

Zamość, dnia 16 lipca 2009 r.

AZP 3320/ 36/ /09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu endoskopowego**. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia:

Pytanie 1

Dot. zadania nr 7

Proszę o określenie typu lampy (halogenowa czy ksenonowa), napięcia oraz mocy.

Wyjaśnienie:

Mają to być lampy halogenowe, 15V, 150W.

Pytanie 2

Wykonawca prosi o zmianę projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

§ 2 ust. 4

Sprzedający będzie uwzględniał uzasadnione reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja tego samego towaru upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest treść § 2 ust. 4 wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 10

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, jednakże ograniczenie to nie przekroczy 20% wartości umowy. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

Wyjaśnienie:

§ 10 wzoru umowy integralnej części SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy”.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie 3

Zwracam się z prośbą o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w ramach Zadania 2 (igły, klipsownice, sondy, ligatory) i Zadania 9 (sfinkterotomy, koszyki Dormia, szczypce, cewniki, klipsownice, klipsy, pętelki). Uważam, że uwzględnienie mojej propozycji zapewni możliwość wyboru najlepszej oferty pod względem technicznym oraz pozwoli szpitalowi zaoszczędzić znaczne środki finansowe, gdyż poszerzy liczbę oferentów, mogących przedstawić konkurencyjną ofertę na kompatybilne narzędzia.

Wyjaśnienia:

Opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 - Narzędzia do zabezpieczenia krwawień dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz 9 – Sprzęt endoskopowy do badań dla Pracowni Endoskopii Oddziału Chirurgii nie ulega zmianie i jest wiążący.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania 1. Czy Zamawiający wymaga aby szczypce o długości 230 cm były przeznaczone do kolonoskopu i posiadały średnicę zewnętrzną min. 3,4 mm co daje możliwości biopsyjne?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania 2 pozycja 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie igieł wyposażonych w mankiet ochronny wykonany z tworzywa?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zadania 2 pozycja 4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie zestawów ligatorów bez końcówki Opti-Vu typu barrel z 4 podwiązkami (6 podwiązkami) przedostatnia gumka przezroczysta? Obecny zapis jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta nie dając możliwości zachowania uczciwej konkurencji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy zadania 3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie:

- Pętla wielorazowa, obrotowa, kształt owalny śred. 25 mm (licząc od krańców bocznych) długość 230 cm?
- Pętla wielorazowa, obrotowa, kształt owalny śred. 35 mm (licząc od krańców bocznych) długość 230 cm?

- Pętla mała, owalna śred. 15 mm (licząc od krańców bocznych) długość 230 cm bez skalowanego uchwytu?
- Pętla mała owalna śred. 20 mm od kagańców bocznych) długość 230 cm bez skalowanego uchwytu?
- Pętla owalna do mukozektomii o średnicy 25 mm, długość 230 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania 3. Prosimy o wydzielenie narzędzia do podwiązywania polipów oraz zestawu pętli nylonowych jako osobnego zadania. Opis zamówienia wskazuje na jednego dostawcę uniemożliwiając uczciwą konkurencję.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Zadania 4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie koszyków typu Dormia o średnicy kosza 40 mm (licząc od krańców bocznych)? Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie przewodnicy o długości 400 mm z markerami fiolet – żółty?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że kolor końcówki przewodnicy może być fioletowo – żółty lub inny, ale taki, by był widoczny pod RTG.

Pytanie 10

Dotyczy Zadania 11. Czy Zamawiający dopuści protezy o rozmiarze 11,5 F w miejsce wymiaru 12 F?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania nr 2 Sond do koagulacji argonowych opisanych w punkcie 3 tj. „Współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych min. 2,8 mm i kompatybilne z diatermią firmy ERBE: - z prostym otworem sondy – 5 szt., z bocznym otworem sondy – 2 szt.”? Jednocześnie proszę o uściślenie rozmiarów sond tj. ich średnic i długości, oraz podanie czy mają to być wyroby jednorazowe czy wielorazowego użytku przystosowane do sterylizacji. Nadmieniam, że rozmiary sond są z jednej strony podyktowane średnicą kanału roboczego endoskopu i tu Zamawiający podaje 2,8 mm. Jednak do takiego kanału mieszczą się sondy o średnicach 1 mm, 1,5 mm i 2,3 mm. Sondy te mają zupełnie inne parametry przepływu argonu. Jeśli chodzi o długość to najbardziej uniwersalnym wymiarem jest 2,2 metra. Co pozwala na zastosowanie praktycznie w większości endoskopów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie z zadania nr 2 sond do koagulacji argonowych opisanych w pkt 3, jednocześnie uściśliła, że:

- mają być to wyroby wielorazowego użytku przystosowane do sterylizacji,
- sonda o średnicy 1,5 mm,
- długość sondy 2,2 m.

Pytanie 12

Zadanie 3. poz. 3. Czy ze względu na fakt, że pętle owalne sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających po 10 sztuk, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości oferowanych pętli w górę (10 szt.)?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 13

Zadanie 3. poz. 4. Czy ze względu na fakt, że pętle owalne sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających po 10 sztuk, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości oferowanych pętli w górę (10 szt.)?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 14

Zadanie 3. poz. 5. Czy ze względu na fakt, że pętle owalne sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających po 10 sztuk, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości oferowanych pętli w górę (10 szt.)?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 15

Zadanie 4. poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnicy o długości roboczej 450 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 16

Zadanie 9. pkt 2 - Kosze Dormia.

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści koszyk o długości roboczej 190 cm?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści koszyk o długości roboczej 190 cm?

Pkt 6 - Klipsy naczyniowe poz. 2. Czy Zamawiający dopuści 7,5 mm długość ramion klipsa?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 17

Zadanie 11. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 11: Protez o dużej elastyczności, o odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadają dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod RTG w rozmiarach: 8,5; 11,5; 10; 7 French i długościach 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm oraz 15 cm zamiast wyszczególnionych w specyfikacji: Protezy dużej elastyczności, o odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadają dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod RTG w rozmiarach: 8,5; 12; 10; 7 French i długościach 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm oraz 15 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 18

Czy w przypadku gdy firma nie jest jeszcze zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2008 r., Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy?

Wyjaśnienie:

Tak, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ na str. 11 informował, że wymaga bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2008 rok (**ostatni rok obrotowy**).

Pytanie 19

Dotyczy zapisu § 3 ust. 2 Załącznika do s.i.w.z. - wzór umowy.

„...3. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”.

Wnosimy o zmianę na zapis:

„... 3. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu z wyłączeniem urzędowej zmiany stawki podatku VAT i stawek celnych”.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy zapisu § 5 Załącznika do s.i.w.z. - wzór umowy.

„... Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy”.

Wnosimy o zmianę na zapis:

„... Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy zapisów s.i.w.z.

Wnosimy o rozszerzenia katalogu możliwości i okoliczności zmiany postanowień przyszłej umowy o poniższe przypadki:

„... Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe lub trwale w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:

- strony dopuszczają zmianą umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
- strony dopuszczają zmianą umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jeżeli średni kurs EURO lub USD ulegnie zmianie o minimum 5% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert.
- konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że oprócz zapisów § 9 ust. 2 wzoru umowy - integralnej części SIWZ, dopuszcza zmianę treści umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto.
- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
- w przypadku obniżenia ceny jednostkowej brutto bez względu na przyczynę takiej zmiany.

Pozostałe zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, że ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert i wnoszenia wadium. Obowiązujące terminy to:

termin składania ofert – **22 lipca 2009 r. godz. 11:00;**

termin otwarcia ofert – **22 lipca 2009 r. godz. 12:00**

termin wniesienia wadium – **22 lipca 2009 r. godz. 11:00**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek