

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 lipca 2009r.

-----  
-----  
-----  
-----

AZP 3320/44/09

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę probówek, oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

1. Zadanie Nr 2. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści do zaoferowania nakłuwacze Medlance Plus, które technicznie są identyczne jak ich wcześniejsza wersja Medlance. Różnią się jedynie kształtem. Nowoczesny i ergonomiczny kształt nakłuwacza Medlance Plus charakteryzujący się brakiem tzw. grzybka z przyciskiem umożliwiającym nakłucie (tj. przy Medlance) sprawia, że pobieranie próbek krwi staje się niezwykle proste (zaledwie dwa kroki aby pobrać próbkę).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania nakłuwaczy Medlance Plus. Zamawiający wymaga nakłuwaczy igłowych typu Medlance.

2. Zadanie nr 2. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 miał na myśli nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,0 czy 1,5 mm. Podana głębokość nakłucia nie odpowiada nakłuwaczom typu Medlance.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 2 nakłuwacze igłowe Medlance o głębokości nakłucia 1,2 lub 1,5 mm.

3. Zadanie nr 2. Poz. 2 Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska w danej pozycji ? Czy Zamawiający ma na myśli nakłuwacze madlance 1,0 czy 1,5. Nakłuwacze 1,2 nie



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –  
Postępowanie AZP 3320/44/09 – wyjaśnienie  
Treści SIWZ

występują nawet w ofercie samego producenta nakłuwaczy, w związku z czym prosimy o sprecyzowanie o jakie nakłuwacze chodzi.

Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki szklane wirówkowe stożkowe o wymiarach 16x100 ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 2 nakłuwacze igłowe Medlance o głębokości nakłucia 1,2 lub 1,5 mm. Zamawiający dopuszcza próbówki szklane wirówkowe o wymiarach 16/17 x 105/100.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podawanie ceny jednostkowej netto i brutto z dokładnością do trzech, lub czterech miejsc po przecinku ? Zgodnie bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się do podawania cen jednostkowych z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku. Poza tym jednostką miary jest sztuka, a podanie ceny jednostkowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku znacznie podwyższy wartość oferty.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że ilość sprzętu będącego przedmiotem zamówienia została określona w sztukach by nie wskazywać sposobu konfekcjonowania. W ofercie cenowej należy podać jako jednostkę miary opakowanie jednocześnie określając ilość sztuk w jednym opakowaniu. Należy oczywiście przeliczyć wymaganą w SIWZ ilość sztuk poszczególnych pozycji asortymentowych na ilość opakowań, a ceny jednostkowe za jedno opakowanie danego asortymentu należy podać zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem płatniczym tj. do dwóch miejsc po przecinku.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Lecznictwa  
Lek. med. Marek Lipiec