

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W ZAMOŚCIU
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. (0-84) 677 – 33 – 33
fax (0-84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zamosc.tpnet.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.

Zamość, dnia 26 czerwca 2009r.

O F E R T A W Y K O N A W C Y
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Zadanie nr

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu nr za cenę netto (bez podatku VAT)zł.

słownie.....

..... zł.

plus kwota podatku VAT zł.

słownie.....

Cena z podatkiem VAT zł.

słownie

.....zł

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową

2. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie
6. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.
8. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku** do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. CPV: 33100000, 33141310, 33182200, 33141420, 33141411, 33141642. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rękawice chirurgiczno-zabiegowe, niesterylne

1. Rękawice chirurgiczno-zabiegowe, niesterylne, numer 6 (S), opak. 100 szt. – **16 500 opakowań.**
2. Rękawice chirurgiczno-zabiegowe, niesterylne, numer 7 (M) opak. 100 szt. – **22 500 opakowań.**
3. Rękawice chirurgiczno-zabiegowe, niesterylne, numer 8 (L), opak. 100 szt. – **360 opakowań.**

Wymagania dotyczące opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 1

- Poziom protein poniżej 150µg/g potwierdzony oświadczeniem załączonym do oferty.
- Poziom AQL 1,5.
- Lekko pudrowane - skrobią kukurydzianą.
- Obrzeża zrolowane.
- Wytrzymałe na rozerwanie

Zadanie 2 - Rękawice foliowe

1. Rękawice foliowe, damskie, jednorazowego użytku, wykonane z polietylenu o powierzchni porowatej podlegające recyklingowi /opak. 100 szt./ - **3 800 opak.**

Zadanie 3 - Rękawice chirurgiczne, sterylne, do stosowania w chirurgii inwazyjnej

1. Rękawice chirurgiczne, sterylne, numer 6 – **2 700 par.**
2. Rękawice chirurgiczne, sterylne, numer 6,5 – **5 400 par.**
3. Rękawice chirurgiczne, sterylne, numer 7 – **37 800 par.**
4. Rękawice chirurgiczne, sterylne, numer 7,5 – **37 800 par.**
5. Rękawice chirurgiczne, sterylne, numer 8 – **22 500 par.**
6. Rękawice chirurgiczne, sterylne, numer 8,5 – **5 400 par.**

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zadaniu 3:

- Lekko pudrowane. – skrobią kukurydzianą.
- Poziom protein poniżej 150µg/g.

- Poziom AQL 1,5
- Z obrzeżami zrolowanymi.
- Kształt anatomiczny, z wyraźnym oznaczeniem rękawica L – lewa, P – prawa.
- Wytrzymałe na rozerwanie.

Zadanie 4– Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, do stosowania w chirurgii inwazyjnej

1. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, numer 6 - **300 par.**
2. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, numer 6,5 – **2 000 par**
3. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, numer 7 – **18 000 par.**
4. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, numer 7,5 - **18 000 par.**
5. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, numer 8 – **14 400 par.**
6. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, numer 8,5 – **900 par.**

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zadaniu 4 poz. 1 - 6:

- Poziom protein poniżej 150µg/g.
- Poziom AQL maksymalnie 1,0.
- Z obrzeżami zrolowanymi
- Kształt anatomiczny, z wyraźnym oznaczeniem rękawica L – lewa, P – prawa.
- Wytrzymałe na rozerwanie.

Zadanie 5– Rękawice zabiegowe, bezpudrowe, winylowe i rękawice sekcyjne

1. Rękawice zabiegowe, bezpudrowe, hypoalergiczne, winylowe, niesterylne, rolowany mankiet, odporne na rozerwanie, (opak. 100 szt.), rozmiar M - **300 opak.**
2. Rękawice zabiegowe, bezpudrowe, hypoalergiczne, winylowe, niesterylne rolowany mankiet, odporne na rozerwanie, (opak. 100 szt.), rozmiar S - **220 opak.**
3. Rękawice sekcyjne, długi mankiet, przylegający do przedramienia, numer 7 – **30 par**
4. Rękawice sekcyjne, długi mankiet, przylegający do przedramienia, numer 8 – **30 par**

Zadanie 6 – Rękawice, sterylne, chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowo - nitylowe

1. Rękawice sterylne, chirurgiczne o trójwarstwowej budowie (latex – latex/nitryl - nitryl) z aktywną wieloskładnikową warstwą stanowiącą dodatkową ochronę dla skóry bezpudrowe, do użycia w elektrochirurgii, numer 6,5 – **550 par.**
2. Rękawice sterylne, chirurgiczne o trójwarstwowej budowie (latex – latex/nitryl - nitryl) z aktywną wieloskładnikową warstwą stanowiącą dodatkową ochronę dla skóry bezpudrowe, do użycia w elektrochirurgii, numer 7,0 - **3 700 par.**
3. Rękawice sterylne, chirurgiczne o trójwarstwowej budowie (latex – latex/nitryl - nitryl) z aktywną wieloskładnikową warstwą stanowiącą dodatkową ochronę dla skóry, bezpudrowe, do użycia w elektrochirurgii, numer 7,5 – **5 100 par.**

4. Rękawice sterylne, chirurgiczne o trójwarstwowej budowie (latex – latex/nitryl - nitryl) z aktywną wieloskładnikową warstwą stanowiącą dodatkową ochronę dla skóry, bezpudrowe, do użycia w elektrochirurgii, numer 8 – **2 000 par.**

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zadaniu 6 poz. 1 - 4:

- Rolowany mankiet, odporny na rozerwanie
- Kształt anatomiczny, z wyraźnym oznaczeniem rękawica L – lewa, P – prawa.
- Dobrze dopasowane, nie śliskie (powierzchnia mikroporowata).
- Wytrzymałe na rozerwanie

Zadanie 7 – Strzykawki jednorazowego użytku.

1. Strzykawki do insuliny 1ml sterylne, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylen), trzyczęściowe, U-40/1ml przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, łatwy i równomierny przesuw tłoka, pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, wyraźna skala, złącze Luer, rozmiar igły 0,40–0,45÷0,5 G x 13÷16 mm (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką) - **180 opakowań** (1 opak = 100 szt.).

2. Strzykawki 2ml sterylne, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylen), płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna skala co 0,1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, przezroczysty cylinder – **2 340 opakowań** (1 opak = 100 szt.).

3. Strzykawki 5 ml sterylne, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylen), płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna skala co 0,2ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, przezroczysty cylinder – **3 780 opakowań** (1 opak = 100 szt.)

4. Strzykawki 5 ml sterylne, z gumowym tłokiem, trzyczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna skala co 0,2 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, przezroczysty cylinder – **1200 opakowań** (1 opak = 100 szt.)

5. Strzykawki 10 ml sterylne, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylen), płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna skala co 0,5 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, przezroczysty cylinder – **3780 opak** (1 opak = 100 szt.)

6. Strzykawki 20 ml sterylne, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylen), płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna skala co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, przezroczysty cylinder – **3780 opak.** (1 opak = 100 szt.)

7. Strzykawki 20 ml sterylne, z gumowym tłokiem, trzyczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna skala co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, przezroczysty cylinder – **16 500 sztuk.**

8. Strzykawki typu „Żaneta” 50/60 ml sterylne, z końcówką do cewników, wykonane z polipropylenu, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra – **10 800 sztuk.**

9. Strzykawki typu „Żaneta” 100 ml sterylne, z końcówką do cewników, wykonane z polipropylenu, dobrze czytelna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra, wyposażona dodatkowo w stożkowy łącznik Luer – **1400 sztuk.**

10. Strzykawki do tuberkuliny TBC z igłą, sterylne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu Luer, podziałka ze skalowaniem 0,05ml lub 0,01ml, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylen), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przezroczysty cylinder

- nr 0,4x13mm lub 0,45 x 13 mm – **30 opakowań.** (1op.=100 szt.)
- nr 0,6x16 mm - **45 opakowań** (1 op. =100szt.)

Zadanie 8 – Strzykawki do pompy infuzyjnej

1. Strzykawki 50/60 ml sterylne, jednorazowego użytku, trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer - Lock - centralne, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1 ml, oznaczenie cyfrowe co 10 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor, pakowane pojedynczo - **30 000 sztuk.**

2. Strzykawki - bursztynowe 50/60 ml sterylne, jednorazowego użytku, trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer - Lock - centralne, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1 ml, oznaczenie cyfrowe co 10 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor, pakowane pojedynczo - **2 000 sztuk.**

Zadanie 9 – Kaniule dla dorosłych do żył obwodowych.

1. Kaniula do żył obwodowych nr 22G, (0,8,0,9) z portem bocznym (zaworem iniecyjnym) do wstrzyknięć, sterylna, wykonana z poliuretanu, z łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, koreczek Luer – Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna – **63 000 sztuk.**

2. Kaniula do żył obwodowych nr 20G, (1,0-1.1) z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć, sterylna, wykonana z poliuretanu, z łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, koreczek Luer - Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna – **72 000 sztuk.**
3. Kaniula do żył obwodowych nr 18G, (1,2, 1,3) z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć, sterylna, wykonana z poliuretanu, z łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, koreczek Luer – Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna – **24 000 sztuk.**
4. Kaniula do żył obwodowych nr 17G, (1,4, 1,5) z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć, sterylna, wykonana z poliuretanu, z łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG,- końcówka Lock, koreczek Luer - Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna – **22 500 sztuk.**
5. Kaniula do żył obwodowych nr 16G, (1,7, 1,8) z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć, sterylna, elastyczna, wykonana z poliuretanu, z łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, koreczek Luer – Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna – **2 400 sztuk.**
6. Koreczki sterylne pasujące do końcówek typu Luer – Lock - **72 000 sztuk.**

Zadanie 10 – Zestawy do cewnikowania żył centralnych

1. Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, dwuświatłowy 7F, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu, składający się z:

1. cewnik dwuświatłowy o długości 16 cm (+/- 1 cm):

- 1.1. z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu miękniący w temperaturze ciała;
- 1.2. obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa);
- 1.3. cewnik widoczny w promieniach Rtg;
- 1.4. ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock;
- 1.5. stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika;
- 1.6. przezroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi;
- 1.7. metalowa prowadnica z końcówką J (w osłonie) o długości min. 45 cm;
- 1.8. rozszerzadło (dilatator tkanek) dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy;
- 1.9. igła punkcyjna;
- 1.10. strzykawka;
- 1.11. skalpel.

Ilość - 750 zestawów

2. Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, dwuświatłowy 8F, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu, składający się z:

1. cewnik dwuświatłowy o długości 16 cm (+/- 1 cm):
 - 1.1. z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu miękniący w temperaturze ciała;
 - 1.2. obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa);
 - 1.3. cewnik widoczny w promieniach Rtg;
 - 1.4. ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock;
 - 1.5. stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika;
 - 1.6. przezroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi;
 - 1.7. metalowa prowadnica z końcówką J (w osłonie) o długości min. 45 cm;
 - 1.8. rozszerzadło (dilatator tkanek) dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy;
 - 1.9. igła punkcyjna;
- strzykawka;
- 1.11. skalpel.

Ilość – 750 zestawów

3. Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, dwuświatłowy 6F, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu, składający się z:

1. cewnik dwuświatłowy o długości 16 cm (+/- 1 cm):
 - 1.1. z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu miękniący w temperaturze ciała;
 - 1.2. obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa);
 - 1.3. cewnik widoczny w promieniach Rtg;
 - 1.4. ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock;
 - 1.5. stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika;
 - 1.6. przezroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi;
 - 1.7. metalowa prowadnica z końcówką J (w osłonie) o długości min. 45 cm;
 - 1.8. rozszerzadło (dilatator tkanek) dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy;
 - 1.9. igła punkcyjna;
- 1.10. strzykawka;
- 1.11. skalpel.

Ilość - 15 zestawów

4. Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, jednoświatłowy 5F, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu, składający się z:

1. cewnika o jednym świetle o długości 16 cm (+/- 1 cm):
 - 1.1. z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu miękniący w temperaturze ciała;
 - 1.2. obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa);
 - 1.3. cewnik widoczny w promieniach Rtg;
 - 1.4. ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock;
 - 1.5. stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika;
 - 1.6. przezroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi;
 - 1.7. metalowa prowadnica z końcówką J (w osłonie) o długości min. 45 cm;
 - 1.8. rozszerzadło (dilatator tkanek) dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy;
 - 1.9. igła punkcyjna;

1.10.strzykawka;

1.11.skalpel.

Ilość – 30 zestawów

Zadanie 11 – Kraniki trójdrożne.

1. Kranik trójdrożny z poliwęglanu, sterylny, z przezroczystą obudową, zakończenie kaniuli o typie Luer -Lock. Odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, posiadający trójramienne pokrętło umożliwiające zmianę pozycji co 45 stopni, w pełnym zakresie 360 stopni. Posiadający wyczuwalny indykator pozycji zamknięty/otwarty. Każde wejście kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi gwintowanymi koreczkami – **18 000 sztuk.**

2. Kranik trójdrożny z poliwęglanu, z przedłużaczem 7 – 10 cm, z portem bocznym, sterylny, z przezroczystą obudową, zakończenie kaniuli o typie Luer - Lock. Odporny na ciśnienie minimum 4.5 bar, posiadający trójramienne pokrętło umożliwiające zmianę pozycji co 45 stopni, w pełnym zakresie 360 stopni. Posiadający wyczuwalny indykator pozycji zamknięty/otwarty. Każde wejście kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi gwintowanymi koreczkami – **7 200 sztuk.**

Zadanie 12 – Ostrza chirurgiczne.

1. Ostrze chirurgiczne nr 10 typu skalpel do trzonków - **53 opakowania**
2. Ostrze chirurgiczne nr 11 typu skalpel do trzonków - **180 opakowań**
3. Ostrze chirurgiczne nr 15 typu skalpel do trzonków - **90 opakowań**
4. Ostrze chirurgiczne nr 20 typu skalpel do trzonków - **38 opakowań**
5. Ostrze chirurgiczne nr 21 typu skalpel do trzonków - **54 opakowania**
6. Ostrze chirurgiczne nr 22 typu skalpel do trzonków - **75 opakowań**
7. Ostrze chirurgiczne nr 23 typu skalpel do trzonków - **144 opakowania**

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 12:

1. Sterylne.
1. Wykonane ze stali wysokowęglowej.
2. Pakowane pojedynczo w folię aluminiową z rozmiarem znajdującym się w widocznym miejscu.
3. Opakowanie zawierające 100 sztuk.
4. Oznakowanie rozmiaru z widocznym kształtem ostrza.
5. Stal węglowa:
 - 0,95 – 1,10% węgiel
 - 0,15 – 0,35% krzem
 - 0,25 – 0,45% magnez
 - nie mniej 0,03 % fosfor
 - nie mniej 0,03 % siarka
 - 1,35 – 1,65 % chrom.

Zadanie 13 – rurki intubacyjne dooskrzelowe

1. Rurka intubacyjna nr 39 prawa – **30 sztuk**
2. Rurka intubacyjna nr 39 lewa – **30 sztuk**
3. Rurka intubacyjna nr 41 prawa – **30 sztuk**
4. Rurka intubacyjna nr 41 lewa – **30 sztuk**
5. Rurka intubacyjna nr 35prawa – **30 sztuk**
6. Rurka intubacyjna nr 32 prawa – **30 sztuk**

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zadaniu 13:

1. sterylne, jednorazowego użytku
2. wykonane z termoplastycznego PCV
3. linia widoczna w RTG na całej długości rurki
4. dwa mankiety niskociśnieniowe: tchawiczy i oskrzelowy
5. pełnowymiarowe znaki głębokości
6. mankiety, baloniki kontrolne, światła tchawicze i oskrzelowe zróżnicowane kolorystycznie

Akcesoria dodatkowe:

1. prowadnica powlekana tworzywem
2. dwa łączniki podwójnie obrotowe z wejściem do fiberoskopu i portem do odsysania
3. łącznik Y
4. sterylne cewniki do odsysania

Pakowane pojedynczo wraz z akcesoriami.

Zadanie 14 – Zestaw do drenażu klatki piersiowej – 810 sztuk.

- trzykomorowy
- komora kolekcyjna min. 2500 ml
- precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości
- wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej
- mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim
- wodna komora regulacji ciśnienia
- bezlatexowy dren, elastyczny, półprzezroczysty
- drenaż przystosowany do zawieszenia na łóżku i postawienia na podłodze
- port dostępny, umożliwiający łatwe i aseptyczne pobranie treści nawet przy małej ilości
- port dostępny do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu
- port dostępny do wodnej komory regulacji podciśnienia
- posiada barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów
- pakowany sterylnie

Zadanie 15 – Zbiornik do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego – 750 sztuk.

- pojemnik zbiorczy 3000 ml

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
SIWZ – dostawa sprzętu medycznego 1xuztyku 2009r.

- jednorazowego użycia
- z portem do pobierania próbek
- wymagany stelaż jezdny, zawierający 2 pojemniki z wyraźną skalą na wkład workowy

Zadanie 16 –Elektroda nasierdziowa czynna – 750 sztuk.

Opis przedmiotu zamówienia:

- grubość 3/0, długość ok. 60 cm
- igła nasierdziowa pełna 26 mm, kształt ½ koła
- igła przezskórna łamana, długość 60 mm, prosta, pełna, tnąca
- przewód ze stali wielowłóknowej nie rozwarstwiający się po odcięciu igły nasierdziowej, izolowany, minimum 3 cm powierzchni czynnej
- sterylna, pakowana pojedynczo
- proste mocowanie na nasierdziu komory
- elektroda nie wymaga używania szwów mocujących

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała wszystkich wymienionych pozycji w danym zadaniu, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wątpliwości dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia próbek oferowanego sprzętu medycznego jednorazowego użytku w celu oceny (porównania) ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając każdorazowo ilość zapotrzebowanego sprzętu medycznego jednorazowego użytku 7 dni wcześniej przed terminem dostawy.

Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) - przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
a/ muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację trzech dostaw w odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - a) posiadają zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów),
 - b) brak zastrzeżeń biegłego rewidenta, co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości - jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone w ofercie.

Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 44.
2. Dowód wniesienia wadium.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 1.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja musi dotyczyć wszystkich wymienionych w dokumencie potwierdzającym status prawny wykonawcy członków władz) - **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.

1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wykaz musi zawierać informacje na temat wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. **Zamawiający wymaga przedstawienia realizacji trzech dostaw.** Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytych wykonaniu.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 3.

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2008, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności - za rok obrotowy 2008. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 – 4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” sporządzony dla każdego zadania oddzielnie (według wzoru strona 2 i 3 SIWZ).
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 16 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowana dla każdego zadania oddzielnie z podaniem nazwy handlowej wyrobu. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Deklaracja wytwórcy (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
5. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że w przypadku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ ma zastosowanie art.26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie wymienionych wcześniej dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Nazwa towaru, nazwa handlowa, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka podatku VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową bez podatku VAT), łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia.

Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zadanie nr Nie otwierać przed 10 sierpnia 2009r. godz. 13⁰⁰”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2009r. o godz. 12⁰⁰. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, **w dniu 10 sierpnia 2009r. o godz. 13⁰⁰, sala nr 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne; o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)** za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie nr 1 -	4 300,00 zł
Zadanie nr 2 -	100,00 zł
Zadanie nr 3 -	1 650,00 zł
Zadanie nr 4 -	2 600,00 zł
Zadanie nr 5 -	100,00 zł
Zadanie nr 6 -	550,00 zł
Zadanie nr 7 -	2 500,00zł
Zadanie nr 8 -	500,00zł
Zadanie nr 9 -	4 800,00 zł
Zadanie nr 10 -	700,00 zł
Zadanie nr 11 -	400,00 zł
Zadanie nr 12 -	150,00 zł
Zadanie nr 13 -	350,00 zł
Zadanie nr 14 -	1 000,00 zł
Zadanie nr 15 -	100,00 zł
Zadanie nr 16 -	200,00 zł

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku Kredyt Bank S.A. Zamość nr 55 1500 1807 1218 0003 8863 0000.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem **10 sierpnia 2009r. godz. 12.00.** Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,
- zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
- unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Z zastrzeżeniem ust. 4 a art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania
- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia – jest ona dla nich wiążąca, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na swojej stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: mgr Teresa Wawryca – Kordulska - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia tel. 677 32 40, inż. Teresa Huk – w sprawach formalno - prawnych tel. 677 32 81, pok. 215 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faxem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:

Cena - 100 %

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej w danym zadaniu. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Za ofertę najkorzystniejszą w danym zadaniu złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium oceny cena – 100%.

Zamawiający zawrze umowę, w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem ust. 1 a art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Wykonawca oraz inne osoby, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, mają prawo wnieść protest do zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający w dowolnym czasie jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu .

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wcześniej uznaje się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa nr AZP.3320/...../...../2009

zawarta w dniu w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy "Kupującym" w imieniu którego działa:

a z siedzibą w zarejestrowaną w pod numerem NIP zwanym w treści umowy "Sprzedającym", w imieniu której działa:

1.
2.

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu r.

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła 10 w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub w załączniku do umowy stanowiącym jej integralną część.

§ 2

1. Dostawy będą odbywały się przez okres 18 miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowania przedmiotu umowy na 7 dni wcześniej przed terminem dostawy.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumencie określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczanego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem terminu ponownej dostawy.

5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

6. Trzykrotna reklamacja jakościowa danego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 3

1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej t.j.

Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł, słownie: zł.

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł, słownie: zł.

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 4

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w.....

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelewać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :

a./ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu umowy za każdy roboczy dzień zwłoki,

b./ w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy w wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ustęp 1.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie: zmiany osób upoważnionych do odbioru/ kontaktów oraz zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.

§ 9

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane dostawy.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. od 2009 r. przez okres 18 miesięcy tj. do dnia r.

§ 12

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY :