



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 lipca 2009r.

AZP.3320/45/ /09



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski i pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

#### **Wniosek dot. § 2 ust. 5 wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „Sprzedający będzie uwzględniał uzasadnione reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji”.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wiążąca jest treść § 2 ust.5 wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Informujemy, że Kupujący nie składa reklamacji nieuzasadnionych.

#### **Wniosek dot. § 2 ust. 6 wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „Trzykrotna uzasadniona reklamacja jakościowa danego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy”.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wiążąca jest treść § 2 ust. 6 wzoru umowy załączonego do SIWZ.

#### **Wniosek dot. § 9 wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „W przypadku wystąpienia braków środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane dostawy”.

**Wyjaśnienie:**

Ulega zmianie treść § 9 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia braków środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane dostawy”

**Pytanie dot. zadania 16:**

Czy Zamawiający dopuści igłę nasierdziową pełną o długości 17 mm i igłę przezskórną o długości 88 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów elektrody nasierdziowej czynnej ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Proponowana długość igły nasierdziowej 17 mm jest za mała (stanowi 2/3 wymaganej długości).

Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec