



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 lipca 2009r.



AZP.3320/45/

/09

.....
.....
.....
.....



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienie:

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jakiej rękawicy wymaga w zadaniu nr 1 ? Zgodnie z normą EN 455-2 rękawice chirurgiczne to jałowe rękawice o kształcie anatomicznym, natomiast rękawice zabiegowe mogą być jałowe lub nie oraz mogą mieć kształt anatomiczny lub nie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga rękawic diagnostyczno-zabiegowych niesterylnych. Użycie wyrazu „chirurgiczne” spowodowane zostało używaniem niesterylnych rękawic również w chirurgii. Wymagania odnośnie rękawic w tym zadaniu zostały określone w SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek