



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 lipca 2009r.



AZP.3320/45/

/09



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

.....  
.....  
.....  
.....



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienie:

### Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 16 elektrody nasierdziejowe, obecnie stosowane przez Zamawiającego o następujących parametrach technicznych:

- długość użyteczna: 60 cm;
- igła piersiowa – skórna: tnąca, prosta, pełna w wyłobieniu, 75 mm;
- igła sercowa: wycinek koła;
- średnica i długość igły sercowej: L =26 mm;
- średnica igły piersiowej: Ø 0,95 mm, tip Ø 1,00 mm;
- materiał przewodzący: AISI – stal;
- izolowany przewód: pleciony;
- aktywna część elektrody: Zig-Zag;
- powierzchnia aktywna: 11,9 mm<sup>2</sup>
- podłączenie do stymulatora: obcięta igła piersiowa z osłonką Pebax.

### Wyjaśnienie:

Tak.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000