



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 lipca 2009r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/45/

/09

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie dot. zadania 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. zadaniu rękawice o poziomie AQL 1,0. Rękawice o niższym poziomie AQL cechuje się wyższą jakością.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie AQL 1,0.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. zadaniu rękawic chirurgicznych sterylnych lateksowych z wewnętrzną warstwą bezlateksową – polimerową.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z ww. zadania poz. 3-4 w celu umożliwienia złożenia większej ilości korzystniejszych ofert.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie – dot. umowy § 3 ust. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę ww. ust. na: „1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: a) odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 10% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty .....2009 (wg tabeli NBP). Wzrost/spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc, b) podyktowana przez producenta zmianę cen asortyment stanowiącego przedmiot zamówienia”

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. Zadania nr 3 poz. 1 - 6:**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane o poziomie AQL 1,0? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie AQL 1,0. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 5 poz.3, 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu ? Wdzielenie w/w pozycji pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7 poz. 8, 9:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki typu „Żaneta” nie posiadające zatyczki do końcówki cylindra ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7 poz. 11:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą nr 0,5 x 16 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza rozmiar 0,5 x 16 mm.

**Pytanie dot. zadania 8 poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych wykonane: cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec