



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 31 lipca 2009r.

AZP.3320/45/ /09



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie dot. zadania 5 poz. 3, 4:**

Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne w rozmiarach S, M, L ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza rękawice sekcyjne w rozmiarach S, M, L.

**Pytanie dot. zadania 7 poz.2, 3:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową skalowaną co 0,2 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową skalowaną co 0,5 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7 poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,5 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę skalowaną co 0,5 ml.

**Pytanie dot. zadania 7 poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą nr 0,5 x 16 mm ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę do tuberkuliny z igłą nr 0,5 x 16 mm.

**Pytanie dot. zadania 11 poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści kraniki z optycznym identyfikatorem pozycji zamknięte /otwarte ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 16:**

Czy Zamawiający dopuści igłę nasierdziową pełną grubość 2/0, ½ koła, 26 mm i igłę przezskórną o długości 88 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów elektrody nasierdziowej czynnej ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 4 – rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpydrowe, bezlateksowe rękawic z poziomem AQL nie większym niż 1,5 reszta parametrów bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 w **pozycji 2** dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z dwuświatłowym cewnikiem w rozmiarze 8,5F ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 w **pozycji 3** dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z dwuświatłowym cewnikiem w rozmiarze 5,5F ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej o pojemności komory korekcyjnej 2200 ml, spełniający wszystkie pozostałe parametry ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 w **pozycjach 1 i 4** dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera nie zawierające w swoim składzie skalpela ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 14 i nr 15.

**W zadaniu nr 14** zmiana polega na zastąpieniu sformułowania: „mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim” sformułowaniem o brzmieniu: „**mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim**”.

**W zadaniu nr 15** zmiana polega na zastąpieniu sformułowania: „wymagany stelaż jezdny, zawierający 2 pojemniki z wyraźną skalą na wkład workowy” sformułowaniem o brzmieniu: „**wymagany stelaż jezdny, zawierający 2 pojemniki z wyraźną skalą na wkład workowy – 2 sztuki (wyposażenie na 2 sale)**”.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek

