



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 05 sierpnia 2009r.

AZP.3320/45/ /09



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KAPITAŁU
PIENIĄDZ

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

dotyczy: prostowania wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, iż w udzielonych pismem znak AZP.3320/45/06975/09 z dnia 03 sierpnia 2009r. wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku została popełniona omyłka pisarska. Polega ona na niewłaściwym określeniu grubości igły (0,6) w strzykawce do tuberkuliny stanowiącej przedmiot zamówienia w zadaniu nr 7 poz. 10.

Niniejszym pismem dokonujemy prostowania popełnionej omyłki pisarskiej. Poniżej podajemy ponownie treść pytania dot. zadania nr 7 i **obowiązujące wyjaśnienie:**

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 10 strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę do tuberkuliny z igłą **0,5** x 16 mm.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Szpitala