



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 25 sierpnia 2009 r.

AZP 3320/49/ /09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi wielorazowego użytku. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie:

dot. Zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 nożyc typu spencer o długości 12 cm zamiast 13 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie oferty w zadaniu nr 2 poz. 2 na nożyce chirurgiczne o długości od 12 cm do 13,5 cm. Pozostałe wymagania są wiążące i nie ulegają zmianie.

Pytanie:

dot. Zadania 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 Peana odgiętego o długości 13 cm zamiast 12,5 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

dot. Zadania 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie typu Pean o długości 160 mm zamiast 150 mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

dot. Zadania 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 imadła mikrochirurgicznego typu Baby Olsen Hegar o długości 115 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. Zadania 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 nożyczek o długości 11,5 cm lub 10,5 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza tylko nożyczki o długości 10,5 cm.

Pytanie:

dot. Zadania 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 watomocznicy Uckerman z oczkiem, dł. 16 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Dot. Zadania 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie watomocznicy o średnicy 0,9 mm zamiat 1,0 mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

Dot. zapisów wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 2 ust. 1 poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia, dodając następujący zapis: „Zamawiający będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość potrzebowanego przedmiotu umowy na 7 tygodni wcześniej przed terminem dostawy”? Zamawiający w w/w postępowaniu wymaga wyspecjalizowanego asortymentu medycznego który jest produkowany na zamówienie ponieważ nie znajduje się w ciągłej sprzedaży. Czas wyprodukowania bądź sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 40 dni. W związku z powyższym Zamawiający wydłużając termin realizacji zamówienia umożliwi udział w postępowaniu przetargowym znacznie większej liczbie oferentów poprzez co będzie mógł wybrać znacznie korzystniejszą cenowo ofertę.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie:

Dot. zapisów wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 2 ust. 4 poprzez zmianę zapisu na następujący: Wykonawca będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji na piśmie wraz z reklamowanym towarem? Proponowany przez Zamawiającego zapis jest niemożliwy do przyjęcia ze względu na to, iż nakłada na wykonawcę obowiązek uwzględnienia reklamacji o samo zgłoszenie reklamacyjne, bez możliwości sprawdzenia jego zasadności.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie:

Dot. zapisów wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1 poprzez zmianę wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawie z 0,2 % wartości dostawy na 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy, której opóźnienie dotyczy?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie:

Dot. zapisów wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 poprzez określenie, iż w razie zwłoki w wykonaniu zamówienia powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie:

dot. Zadania 21

Czy Zamawiający dopuści elektrodę czynną monopolarną połączoną z kablem monopolarnym dł. 4,5 zgodnym z diatermią ERBE?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

dot. Zadania 21

Czy Zamawiający dopuści pensety bipolarne prostą i zagiętą dł. 16 cm, szerokość końcówki 1 mm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie:

dot. Zadania 21

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do elektrody czynnej nóż dł. 25 mm, szer. 1,8 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert oraz o zmianie terminu otwarcia ofert.

Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **28 sierpnia 2009r. godz. 12⁰⁰**.
- termin otwarcia ofert dnia **28 sierpnia 2009r. godz. 13⁰⁰**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.

Dyrektor
lek.med. Andrzej Mielcarek