



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 19 października 2009 r.

AZP 3320/ 61/ /2009

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie:**

Czy Zleceniodawca wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 13 pozycji 1, 2 jako odrębnego pakietu?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zadania 13 pozycji 1, 2 jako odrębnego pakietu. Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zleceniodawca dopuści w zadaniu nr 13 filtry czyste biologicznie zamiast sterylne?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie:**

Dla zadania nr 13 poz. 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia w poz. Nr 3. Zamawiający wymaga filtrów oddechowych dla dzieci o minimalnej objętości oddechowej 200 ml. Jest to objętość oddechowa stosowana w filtrach przeznaczonych dla osób dorosłych, natomiast w filtrach pediatrycznych objętość oddechowa kształtuje się na poziomie około 100 ml.

**Wyjaśnienie:**

Ze względu na używanie filtrów oddechowych u dzieci starszych Zamawiający w poz. 3 zadania 13 wymaga filtrów oddechowych dla dzieci o minimalnej objętości oddechowej 200 ml.

**Pytanie:**

Dotyczy pakietu 29 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 w pakiecie do oddzielnego zadania bądź umożliwienie startowania na oddzielne pozycje.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z zadania 29.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 79 w pozycji 3 sterylny nóż z uchwytem typu slit z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce o szerokości 2,80 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza nóż sterylny z uchwytem typu slit z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce o szerokości 2,80 mm.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu przyszłej umowy, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 wzoru umowy:

*Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:*

*a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki; jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.*

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

*Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.*

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec