



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20 października 2009 r.



AZP 3320/ 61/ /2009



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:



**Pytanie:**

**dotyczy: zadania nr 56 poz. 1:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w ofercie szczoteczki umożliwiającej pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji sterylnej?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza szczoteczkę sterylną przy zachowaniu pozostałych parametrów.



tel. centrala  
084 6773333

**Pytanie:**

**dotyczy: zadania nr 78:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na pierścień dotorebkowy bez aplikatora, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza pierścień dotorebkowy bez aplikatora, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

**Pytanie:**

**dotyczy: pakietu nr 27:**

Czy Zamawiający dopuści kocyki których producent deklaruje ich kompatybilność z ogrzewaczem WARM Touch przy zastosowaniu adaptera?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż obowiązuje opis podany w SIWZ.

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

**Pytanie:**

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 8 ust. 2 umowy, który brzmi:

„Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie (...)

- w przypadku zmiany stawki VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto”

na:

„Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie (...)

- w przypadku zmiany stawki VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto”

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec